

RETTIFICA

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI UN "SAXS-WAXS SCANNING MODE INSTRUMENT WITH A SYNCHROTRON CLASS MICROSOURCE" DESTINATO ALL’ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA – SEDE DI BARI - DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO “X-RAY SYNCHROTRON-CLASS ROTATING ANODE MICROSOURCE FOR THE STRUCTURAL MICRO IMAGING OF NANOMATERIALS AND ENGINEERED BIOTISSUES – XMI-LAB” NELL’AMBITO DEI PROGETTI SEED

CODICE CIG 0542951954

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica le seguente rettifica al Disciplinare di Gara.

Nell’ Articolo 10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE l’elemento di valutazione ‘simultaneous acquisition of SAXS and WAXS data from the same sample region: *interrupted* vacuum when moving the sample in another XY position, during and after reading out the WAXS data or other alternative solutions to reduce acquisition time’

va rettificato con

‘simultaneous acquisition of SAXS and WAXS data from the same sample region: *un-interrupted* vacuum when moving the sample in another XY position, during and after reading out the WAXS data or other alternative solutions to reduce acquisition time’.

RETTIFICA AL CAPITOLATO TECNICO

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica le seguente rettifica al Capitolato Tecnico.

In merito alla DESCRIZIONE DELLA CONFIGURAZIONE OTTIMALE DELLO STRUMENTO - SAXS-WAXS SYSTEM il punto:

The SAXS-WAXS system must allow the simultaneous acquisition of SAXS and WAXS data from the same sample region; *interrupted* vacuum should be guarantee when moving the sample in another XY position, during and after reading out the WAXS data, or other alternative solutions to reduce acquisition time

va rettificato con

The SAXS-WAXS system must allow the simultaneous acquisition of SAXS and WAXS data from the same sample region; *un-interrupted* vacuum should be guarantee when moving the sample in another XY position, during and after reading out the WAXS data, or other alternative solutions to reduce acquisition time.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Saviano