



## Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo  
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

### CHIARIMENTI

ALL'AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  
DI UN ELLISSOMETRO DA INSTALLARE PRESSO IL CNR-NANO-U.O.S. LECCE  
C.I.G.: 0561482599 C.U.P.: B31D08000020007

Si riportano, nel seguito, le risposte ai quesiti pervenuti:

D1) Nel Capitolato Tecnico (Art.2), viene richiesto: “Alloggiamento campione per dimensioni fino a 150x150 mm in posizione orizzontale con regolazione motorizzata completo di un opportuno sistema di bloccaggio”.

Non ci è chiaro cosa s'intenda per “regolazione motorizzata”.

R1) Per “regolazione motorizzata” si intende una regolazione di posizionamento NON manuale.

D2) Nel Capitolato Tecnico (Art.2) viene richiesto: “Acquisizione completa dei dati in tutto il campo spettrale: nell'ordine dei secondi”.

Interpretiamo tale richiesta come “la capacità dello strumento di acquisire l'intero range spettrale di misura in tempi dell'ordine dei secondi”.

Ci confermate tale interpretazione?

R2) Si, confermiamo l'interpretazione.

D3) Nel Capitolato Tecnico (Art. 2), viene richiesto: “Sorgente allo Xenon superiore a 50 Watt con shutter automatico”.

Non ci è chiaro per quale motivo è espressamente richiesta una sorgente allo Xenon. A tutto vantaggio della stazione appaltante, riteniamo che debba essere lasciata libertà di scelta sulla sorgente da impiegare ferme restando le performance richieste, in analogia con quanto correttamente fatto per altri componenti dello strumento (si veda, ad esempio, la richiesta sul rivelatore: “Fotomoltiplicatore O SISTEMA EQUIVALENTE”).

R3) NO. Confermiamo la richiesta di lampade allo Xenon, in quanto elemento già collaudato e affidabile.



## Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio di supporto tecnico-amministrativo  
agli Istituti SPIN, IOM, NANO

D4) Nel Disciplinare (Art. 5 – Punteggi), da quanto si evince, risulterebbe che offerte che prevedano prestazioni e accessori ECCEDENTI i requisiti minimi richiesti dalla tabella 5.1 NON saranno accreditati di punteggi superiori.

In altre parole, l'aderenza alle richieste della tabella 5.1 e alle richieste minime di cui al Capitolato Tecnico è condizione necessaria e sufficiente all'accREDITAMENTO del punteggio tecnico massimo, ovvero 65 punti. Accessori aggiuntivi, specifiche eccedenti e migliorative NON saranno oggetto di valutazione positiva e non avranno dunque impatto sul punteggio finale.

Potete confermarci questo scenario?

R4) *NO. L'aderenza dell'offerta tecnica ai requisiti "minimi" sarà conteggiata con punti 39, corrispondenti al 60 % del punteggio massimo previsto all'articolo 5.1 del Disciplinare. Offerte tecniche con requisiti "migliorativi" saranno valutate secondo i punti previsti per ciascun sub-peso.*

Genova, 8 Novembre 2010

Il Responsabile del Procedimento  
(Danilo Imperatore A.)