

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Ricerca Sulle Acque

Unità Organizzativa di Supporto
BARI

DISCIPLINARE TECNICO PER LA FORNITURA DI VARIE TIPOLOGIE DI GAS PER L'ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE

Unità Organizzativa di Supporto
Viale F.sco De Blasio 5 - 70132 BARI

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 27015036CB

1)

L'offerta deve prevedere il costo per Nm³, trasporto e manipolazione per tutte le tipologie di gas qui di seguito elencate:

- Ossigeno 2.5 (tecnico) in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm³
- Ossigeno 2.5 (tecnico) in pacchi (16 bombole)
- Ossigeno 3.5 in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm³
- Ossigeno 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm³
- Ossigeno 6.0 in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm³
- Aria 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10.80 Nm³
- Aria 5.0 in pacchi (16 bombole)
- Acetilene 2.6 in bombole da 33L, contenuto 5,5 kg
- Argon 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10,80 Nm³
- Argon 5.0 in pacchi (16 bombole)
- Elio 5.5 in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm³
- Elio 6.0 in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm³
- Azoto Liquido in recipiente criogenico (Dewar) da 250L, contenuto 176,00 Nm³ (o similare) dotato di ruote o carrello.*
- Azoto 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm³
- Azoto 5.0 in pacchi (16 bombole)
- Azoto 5.5 in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm³
- Azoto 5.5 in pacchi (16 bombole)
- Protossido d'Azoto 3.5 in bombole da 50 L, contenuto 30 kg.
- Propano 2.5 in bombole da 50L, contenuto 25 kg.
- GPL in bombole.

*Mentre per tutte le tipologie di gas la consegna deve avvenire a livello strada, l'azoto liquido va consegnato al primo piano, pertanto, la Ditta è tenuta alla consegna con mezzi idonei al sollevamento del Dewar.

Istituto di Ricerca Sulle Acque

Unità Organizzativa di Supporto

BARI

2)

Premesso che l'IRSA U.O.S. di Bari si impegna a non avere mai in giacenza un numero superiore a 25 (venticinque) bombole, l'offerta deve contenere una quotazione forfettaria, stimata su base annuale, riguardante la messa a disposizione e mancata rotazione per bombole, pacchi di bombole e contenitore criogenico (Dewar) per azoto liquido, per una giacenza non superiore alle 25 unità. Tale quotazione rimanere fissa per tutto il periodo del contratto.

PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA

1. Il costo della fornitura sarà quello formulato nella offerta economica in sede di gara.
2. La forniture dovranno avvenire solo dietro ordinativo inviato a mezzo FAX, in tale ordinativo verrà indicato la tipologia di gas ed il suo quantitativo.
3. La Ditta nell'espletamento della fornitura dovrà provvedere, con la massima cura e diligenza, alla consegna entro tre, massimo quattro giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
4. La Ditta dovrà provvedere alla formazione professionale adeguata per il personale addetto allo svolgimento della consegna della fornitura prevista nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico, oltre che a nominare tra gli stessi addetti al servizio un responsabile al quale fare riferimento per qualsivoglia esigenza dell'IRSA.
5. Codesta stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria per le centrali di decompressione di primo stadio e alla relativa rete di erogazione dei gas compressi, previa richiesta ed accettazione di preventivo da concordarsi con il vostro ufficio tecnico.

Per presa visione ed accettazione della Ditta

Timbro e Firma