

OGGETTO: Revoca in autotutela del Lotto 3 relativo alla procedura negoziata sotto soglia multi-lotto per l'affidamento della fornitura di strumentazione scientifica, da installare presso la sede di Pisa dell'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Codice Unico di progetto (CUP): B52116001740006
CIG LOTTO 3: 68796892F6

LA DIRETTRICE

PREMESSO che con determina a contrarre Prot. NANO-CNR N. 0004381 in data 22 novembre 2016 la Direttrice dell'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha stabilito di procedere ad una gara multi-lotto per l'affidamento della fornitura di strumentazione scientifica, da installare presso la sede di Pisa dell'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo decreto, suddivisa in 4 distinti lotti di cui:

Descrizione sintetica	Importo lotto	CIG
Sistema di microfabbricazione 3D basato su fotopolimerizzazione assistita da laser	€ 49.000,00	68796735C1
Sistema di microfabbricazione 3D basato su deposizione di materiale fuso	€ 36.000,00	6879684ED2
Sorgente laser multilinea accoppiata in fibra ottica monomodo	€ 50.000,00	68796892F6
Sistema per spettroscopia Raman	€ 51.000,00	687969256F

CONSIDERATO che in data 3 marzo 2017 il Dr. Andrea Camposeo, nella sua qualità di "Principal Investigator" del progetto ERC-Consolidator xPRINT e di responsabile del nuovo laboratorio in allestimento presso la sede di Pisa ha evidenziato alla Stazione appaltante la necessità di modificare le caratteristiche tecniche della strumentazione in fase di acquisizione con il Lotto 3, come meglio descritto nel seguito. In primis la recente intervenuta disponibilità di strumentazione per il nuovo laboratorio in allestimento - resa disponibile dal termine di altri progetti di ricerca - ed in particolare una sorgente laser a 532nm (Coherent, Verdi V5) che sostituisce la sorgente a 515nm prevista nel lotto 3 della gara in parola. Inoltre, come evidenziato dal Dr. Camposeo, le attività programmate per il nuovo laboratorio richiedono altresì l'acquisizione di una nuova sorgente a 375nm, la cui collocazione ottimale sarebbe in combinazione con le cinque sorgenti rimanenti del lotto 3 (avendo escluso quella a 515nm).

PRESO ATTO che, a seguito dell'esperimento della gara sopra richiamata, il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso alla Stazione appaltante - Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in data 7 marzo 2017, la comunicazione di conclusione della procedura di individuazione dei soggetti affidatari di ogni singolo lotto e, nella fattispecie, che per il Lotto 3 è stata proposta l'aggiudicazione all'operatore economico LASER OPTRONIC S.R.L.;

DATO ATTO che la Stazione appaltante è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure di gara, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;

CONSIDERATO pertanto opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione, addivenire alla revoca in autotutela del Lotto 3 sopra richiamato, visto che il lotto medesimo non risponde più alle esigenze della Stazione appaltante e sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

D E T E R M I N A

- 1. DI NON APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, la proposta di aggiudicazione del Lotto 3 – CIG 68796892F6 – della procedura negoziata sotto soglia multi-lotto per l'affidamento della fornitura di strumentazione scientifica, da installare presso la sede di Pisa dell'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- 2. DI REVOCARE**, in conseguenza di quanto sopra la procedura relativa al Lotto 3 – CIG 68796892F6;
- 3. DI DISPORRE** la comunicazione dell'avvenuta revoca ai concorrenti mediante Posta elettronica certificata e pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente;
- 4. DI TRASMETTERE** copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

La Direttrice
(Dott.ssa Lucia SORBA)