



**Sede di Pisa**

### **INDAGINE DI MERCATO**

L'Istituto di Neuroscienze avvia indagine di mercato finalizzata alla determinazione delle caratteristiche economiche dei beni sotto descritti:

**Oggetto dell'Indagine di Mercato:**

Sistema di acquisizione in video elettroencefalografia e elettromiografia con set completo di elettrodi per topo

**Descrizione dettagliata del bene**

Sistema di registrazione di segnali elettroencefalografici e elettromiografici multicanale con acquisizione video sincronizzata. Kit completo per registrazione (arena, elettrodi) dal topo.

**Caratteristiche tecniche minime richieste:**

- almeno 1 canale per Elettroencefalografia
- almeno 1 Elettromiografia
- Hardware di acquisizione, filtraggio e digitalizzazione di biosegnali
- videomonitoraggio con telecamera a infrarossi (Dome Camera)
- arena di registrazione accessoriata con dispenser di acqua e cibo
- testina di pre-amplificazione con cavo flessibile (con "slip ring") o senza cavo (wireless)
- Interfaccia elettrodi impiantabile (possibilmente riutilizzabile)
- elettrodi
- kit di chirurgia per impianti
- software di gestione, monitoraggio e analisi dell' epilessia e del sonno

**Massima disponibilità economica dell'Ente:**

**11000 EURO IVA esclusa**

**Trasmissione della documentazione**

Gli operatori economici interessati possono far pervenire la documentazione ritenuta opportuna (cataloghi, datasheet, listini, ecc.) entro il 14/04/2017 via email a: Tommaso Pizzorusso, [pizzorusso@in.cnr.it](mailto:pizzorusso@in.cnr.it)

**Per eventuali informazioni di carattere tecnico si prega contattare il Dr. Pizzorusso o la Dr. Putignano – email e tel: [pizzorusso@in.cnr.it](mailto:pizzorusso@in.cnr.it) e [putignano@in.cnr.it](mailto:putignano@in.cnr.it) tel: 050-3153167 dalle ore 9,30 alle ore 17,00**

**Altre informazioni**

La presente indagine non crea legittimi interessi o impegni o vincoli di qualsiasi natura in capo ad alcuno; essa è da intendersi come mera ricerca di mercato, finalizzata alla raccolta di informazioni tecnico-economiche che il CNR-IN potrà eventualmente utilizzare per la determinazione dei parametri di affidamento della fornitura. Sin da ora il CNR-IN si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal caso, ai soggetti che hanno partecipato all'indagine di mercato non spetta alcun indennizzo o risarcimento.

Questo avviso è pubblicato sul sito [www.urp.cnr.it](http://www.urp.cnr.it) - Bandi e gare e sul sito [www.in.cnr.it](http://www.in.cnr.it)

Il Direttore  
Prof.ssa Michela Matteoli