

**PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA LETTERA DI INVITO**

**Oggetto:** GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CRIOSTATO A DILUIZIONE ED ACCESSORI, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL'ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

CIG: 716392411B – CUP: D58116000020008

**LA DIRETTRICE**

**a. PREMESSO:**

- 1) Che l'Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti IOM, NANO e SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a seguito della Determina a contrarre Prot. NANO-CNR N° 0003051 in data 27 luglio 2017, indiceva la gara CIG: 716392411B "procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura di un criostato a diluizione ed accessori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
- 2) Che con lo stesso provvedimento di determina a contrarre sono stati approvati gli atti di gara, che formavano parte integrante del provvedimento medesimo;
- 3) Che il Capitolato speciale di gara – al paragrafo 2.1 "Caratteristiche tecniche minime obbligatorie a pena di esclusione" – prevedeva - al comma 2.1.2. - la seguente caratteristica tecnica: "Potenza refrigerante  $P_r$  sul piatto della mixing chamber pari ad almeno  $100\mu W$  misurati alla temperatura di 120 mK [ $P_r \geq 100\mu W @ 120mK$ ];

**b. RILEVATA** la necessità di specificare le dimensioni minime del piatto della *mixing chamber* di cui al menzionato comma 2.1.2. al fine di consentire una migliore e più efficace progettazione e realizzazione del sistema;

**c. VISTO** il Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche N. 0040 Prot. AMMCNT-CNR N. 0016906 del 26/02/2010 con il quale è stato costituito l'Ufficio di supporto tecnico amministrativo agli istituti del CNR denominati Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN), Officina dei Materiali (IOM) e Nanoscienze (NANO), ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, con sede a Genova presso l'Istituto SPIN.

**d. VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**e. VISTA** la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza".

**DISPONE**

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **Di modificare** il comma 2.1.2. del Capitolato speciale di gara che si deve leggere: "Piatto della mixing chamber in rame con diametro  $D$  pari ad almeno 250mm [ $D \geq 250mm$ ] nonché potenza refrigerante  $P_r$  sul piatto della mixing chamber pari ad almeno  $100\mu W$  misurati alla temperatura di 120 mK [ $P_r \geq 100\mu W @ 120mK$ ];

2. **Di modificare** contestualmente la Lettera di invito stabilendo il differimento dei termini così specificati:
  - Paragrafo 10.1, Termine per la presentazione dei plichi di offerta: 18 settembre 2017, ore 12:30;
  - Paragrafo 13, Prima seduta aperta al pubblico: 22 settembre 2017, ore 10:30.
3. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti IOM, NANO e SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per i successivi adempimenti.

La Direttrice  
(Prof.ssa Lucia SORBA)