



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti SPIN, IOM e NANO

AI CONCORRENTI INVITATI

ALLA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ACCOPPIATO PER ANALISI SIMULTANEA TGA/DSC E TGA/DTA, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI GENOVA DELL'ISTITUTO SUPERCONDUTTORI MATERIALI INNOVATIVI E DISPOSITIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

CIG: 765593014D

CUP: B51I18000970007

ERRATA CORRIGE N. 2

PARAGRAFO 3.2.1 DELLA LETTERA DI INVITO CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME OBBLIGATORIE A PENA DI ESCLUSIONE

Per un mero errore materiale, al punto "1" (Forno in grafite) del paragrafo 3.2.1 della Lettera di invito – **con riferimento alle dotazioni dell'asta porta campione** (completa di radiation shields per analisi TGA/DTA), è stato erroneamente inserito il valore relativo alle termocoppie del tipo WRe5%-WRe25%, che risulta non pertinente.

Il valore corretto delle termocoppie è di tipo: W3%Re-W25%Re

Il valore rettificato delle termocoppie W3%Re-W25%Re che annulla e sostituisce il valore errato WRe5%-WRe25%, sarà quindi una delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie a pena di esclusione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono inalterate.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Danilo Imperatore Antonucci)