

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER ANALISI E RIVELAZIONI CPV 38430000-8 NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT PIR01_00015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 5.005.960,15 SUDDIVISO IN 10 LOTTI FUNZIONALI.

**GARA N. 7631450
CUP: B17E1900000007
CPV 38430000-8**

Chiarimenti richiesti.

Chiarimento 1. Stiamo avendo problemi e lungaggini per l'ottenimento del kit di firma digitale qualificata. Il riconoscimento de visu è complicato dalla difficoltà di trovare un pubblico ufficiale italiano in un paese estero. Vorrei quindi sapere se esiste un'altra possibilità rispetto alla firma digitale qualificata per la firma della documentazione nel caso non dovessimo ricevere per tempo il kit.

Risposta 1. In caso di difficoltà nell’attivazione della firma digitale qualificata, solo per le imprese aventi sede fuori dal territorio nazionale, è possibile procedere all’invio dei documenti con firma olografa unitamente ad un documento di identità in corso di validità allegando opportuna dichiarazione, anch’essa con firma olografa, di conformità al documento originale a cui si riferisce. Il sistema in questo caso restituirà un messaggio di “Warning” in fase di inserimento del documento (non firmato digitalmente) che sarà comunque preso in carico per la sua validazione in sede di apertura della documentazione amministrativa.

Chiarimento 2. In merito ai punti 1 e 5 della tabella "Criteri di Valutazione" si richiedono gentilmente i seguenti chiarimenti: Punto 1: Al fine di garantire la corretta partecipazione alla gara senza alcun vincolo di scelta tecnologica preventiva, permettendo quindi di sottoporre un’ampia gamma di offerte competitive nei contenuti tecnici ed economici, si prega di confermare che le richieste indicazioni di peso e dimensioni non siano espressamente restrittive rispetto ad altri sistemi Lidar Doppler a scansione, già utilizzati in altre applicazioni mobili Punto5: Si prega di voler precisare quanto segue: quanto richiesto si riferisce a profili verticali o orizzontali? Quale tipo di struttura dell’atmosfera si considera nella richiesta di quantificazione del SNR? Quale è l’intensità di backscatter ottico e di profondità ottica per la suddetta struttura atmosferica? E’ possibile avere il requisito riformulato relativamente alle osservazioni che si intendono eseguire con il Doppler Lidar?

Risposta 2. In relazione ai quesiti formulati in merito al lotto 9, si ritiene che i punti 1 e 5 per i quali si chiedono chiarimenti siano relativi alle “Caratteristiche e requisiti minimi dello strumento” (pag. 32 del Capitolato tecnico) e non ai “Criteri di valutazione” relativi al lotto in questione (pag. 45 del Disciplinare di Gara). In particolare: 1. Facilmente trasportabile in siti di misura campale (massa M < 100 kg) ed almeno una dimensione ≤ 500 mm per permetterne il carico attraverso la porta del laboratorio mobile Aerolab di ISAC; 5. Rapporto segnale/rumore (SNR) di almeno -17 dB a 10km con profili mediati su un minuto. Relativamente al primo quesito (punto 1) si conferma che le indicazioni riportate nel Capitolato di misure e pesi e caratteristiche tecniche sono restrittive in quanto trattasi di strumentazione destinata a operare su piattaforme mobili esistenti e, pertanto, vincolanti. Relativamente al secondo quesito (punto 5) si richiede che il Lidar Doppler deve poter misurare da remoto la VELOCITÀ E DIREZIONE DEL VENTO sull’intero emisfero zenitale, con i requisiti indicati nel Capitolato tecnico, ovvero con una portata osservativa di almeno 10 km in presenza di backscatter da nubi/cirri posti a tale distanza.

Chiarimento 3. Con riferimento alla “PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER ANALISI E RIVELAZIONI CPV 38430000-8 NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER-ACTRIS-IT PIR01_00015 - IMPORTO COMPLESSIVO € 5.005.960,15 SUDDIVISO IN 10 LOTTI FUNZIONALI - GARA N. 7631450 - CUP: B17E19000000007 - CPV 38430000-8” pubblicata sul vostro sito, si richiedono cortesemente maggiori dettagli circa l’RDO MePA in quanto non risulta possibile individuare la procedura, e/o i singoli lotti, sul portale MePA.

Risposta 3.

Le modalità di partecipazione alla procedura di gara sulla piattaforma ASP CONSIP sono dettagliatamente descritte ai paragrafi 1.1 - 1.3 del disciplinare di gara al quale si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

Chiarimento 4. Si richiede la conferma che le modalità di fatturazione e pagamento sono quelle standard CNR relative ad importi di questo tipo, ossia: 20% fatturazione all'ordine/stipula (pagamento entro 15 giorni solari dalla stipula del contratto), 80% fatturazione al collaudo, pagamento entro 30 giorni solari dalla data di collaudo.

Risposta 4. Le modalità di fatturazione e pagamento degli importi aggiudicati sono disciplinate in ottemperanza alla normativa vigente. Generalmente, in relazione all’importo della fornitura ed alla durata dello stesso, è previsto il pagamento di un importo a titolo di anticipo (di solito il 20%) mentre il saldo è subordinato al superamento della verifica di conformità ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. I termini di pagamento non superano i 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Chiarimento 5. Riguardo al punto 10 della domanda di partecipazione, e premesso che si parteciperà alla gara in forma singola, è comunque necessario nominare un rappresentante fiscale?

L’articolo 17 comma 2 ci impone di emettere fatture senza IVA, come stabilito per gli scambi di beni e servizi tra paesi comunitari. L’articolo 53 comma 3 crediamo non si applichi perché il bene verrà prodotto dall’RPG e ceduto direttamente alla stazione appaltante senza intermediari. Visto che non si produce reddito in Italia, perché dovrebbe dotarsi di un rappresentante fiscale?

Risposta 5. Si conferma che non è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

Chiarimento 6. Nel caso in cui si debba invece obbligatoriamente nominare un rappresentante legale, la nomina può essere fatta dopo l’eventuale aggiudicazione. Corretto? Oppure la nomina deve essere fatta in fase di gara e solo la comunicazione della nomina all’ente appaltante è fatta in caso di aggiudicazione?

Risposta 6. Si veda risposta al chiarimento n. 5

Chiarimento 7. In caso di aggiudicazione di uno o più lotti, si dovrà aprire un conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti? Se questo è il caso, dovrà essere un conto in una filiale bancaria con sede in Italia?

Risposta 7. Non è necessario aprire un conto corrente in Italia. In sede di aggiudicazione sarà richiesto di comunicare il conto corrente su cui effettuare i pagamenti.

Chiarimento 8. Il punto 10 della disciplinare di gara (garanzia provvisoria) e l’articolo 9 dello schema di contratto (garanzia definitiva) prevedono la creazione di fidejussioni a garanzia della stazione appaltante. Posto che XXX è una media impresa, XXX dovrà presentare 2 fidejussioni di importo pari al 2% del prezzo base di gara per i lotti 5 e 6. Dovrà poi, in caso di aggiudicazione, presentare 2 nuove fidejussioni del valore del 10% del prezzo base di gara per i lotti 5 e 6. È corretto?

Risposta 8. Nella fase di partecipazione è richiesto a tutti i partecipanti di presentare una fideiussione del valore del 2% dell'importo posto a base di gara. In fase di aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di fornitura dovrà essere presentata una fideiussione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Essendo lotti funzionali le fideiussioni provvisorie e definitive devono essere distinte per lotti e non possono essere cumulative in relazione ai lotti per i quali si intende partecipare.

Chiarimento 9. Le fideiussioni possono essere richieste alla banca di riferimento della XXX, la Deutsche Bank AG Munchen? O devono essere fatte presso un istituto bancario con sede in Italia?

Risposta 10. Le fideiussioni possono essere rilasciate da qualsiasi banca anche con sede non in Italia purché conformi a quanto indicato nel Disciplinare di gara (punto 10).

Chiarimento 11. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, il disciplinare di gara richiede, all'art. 7.2, quanto segue: "Per i lotti 1 e 2 si richiede che il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:- fornitura analoga all'oggetto dei lotti di un importo complessivo minimo al netto dell'IVA pari a € 409.500,00. Per il lotto 3 si richiede che il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:- fornitura analoga all'oggetto del lotto di un importo complessivo minimo al netto dell'IVA pari € 819.500,00." Si chiede se, nel caso di partecipazione a tutti e tre i lotti, il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale sarà valutato lotto per lotto, oppure se il concorrente dovrà dimostrare di avere effettuato forniture analoghe per un importo complessivo pari alla somma delle forniture richieste per la partecipazione ai tre lotti (per un importo pari a euro 1.638.500,00). In altre parole si chiede se il requisito in questione potrà essere comprovato, per ogni lotto, con il medesimo certificato di buona esecuzione della fornitura di importo pari o superiore a quello del singolo lotto (ma non superiore a quello della somma complessiva delle forniture per i tre lotti); oppure se è necessaria la presentazione di un numero di certificati tale affinché la relativa somma sia pari o superiore alla somma complessiva delle forniture per i tre lotti.

Risposta 11. La gara in oggetto è suddivisa in lotti funzionali secondo la definizione fornita dal Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 1, lettera qq)). Pertanto, il requisito di capacità tecnica e professionale indicata al punto 7.2 del Disciplinare di gara si intende riferito ad ogni singolo lotto e non per somme di lotti a cui si intende partecipare. Il requisito in questione, inoltre, riguarda "forniture analoghe all'oggetto del lotto" per il quale si partecipa. Ragion per cui se uno stesso certificato assolve al requisito richiesto, vale a dire quello di essere riferito a "forniture analoghe" può essere presentato anche per più lotti.

Chiarimento 12. Il disciplinare di gara prevede quanto segue con riferimento alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 7.2). La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Con riferimento alle forniture prestate a favore di committenti privati, si chiede se vi siano altre differenti modalità per comprovare il requisito posto che, con riferimento a talune forniture effettuate da società estera che intende partecipare alla gara per altri Paesi stranieri, non è possibile produrre: - né l'originale firmato digitalmente, dal momento che in alcuni Paesi stranieri la firma digitale non è utilizzata e/o non esiste;- né la copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, posto che in taluni Paesi esteri non esiste tale tipologia di copia autentica.



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Risposta 12. Fermo restando quanto indicato al punto 7.2 del Disciplinare di gara, aderendo a consolidata giurisprudenza e relativamente alle forniture prestate a favore di committenti pubblici e privati che, per giustificati motivi, non possono essere comprovate nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, queste ultime potranno essere riportate in apposita dichiarazione, anche ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, a firma del legale rappresentante dell'impresa con indicazione degli estremi della/e forniture, del/i committente/i e ogni altra indicazione utile ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante.

Chiarimento 13. In merito alla partecipazione alla gara in oggetto avremmo delle domande da porre, e sono le seguenti: 1) Se volessimo partecipare in forma associata, tale associazione (aggregazione, raggruppamento etc...) dovremmo presentare in sede di offerta un atto di impegno, pertanto chiedo se c'è uno schema?

Risposta 13. La partecipazione alla gara in forma associata è disciplinata dall'art. 45 comma 2 lettera d) del Codice (d.lgs. 50/2016). In particolare, prima della presentazione dell'offerta i soggetti che hanno intenzione di associarsi devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale dovrà (in nome e per conto proprio e dei mandanti) presentare l'offerta. Il codice non prevede particolari solennità nella forma del mandato collettivo.

Sicché la forma scritta sarebbe auspicabile a tutela del mandatario e lo stesso atto (costitutivo o di impegno) dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa (pag. 24 del disciplinare).

Non disponiamo di schemi in quanto la disciplina e la forma è lasciata alla libertà delle parti. Nel concreto si tratta di un accordo, nella forma della scrittura privata, attraverso il quale viene disciplinata la modalità di partecipazione degli associati anche ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Chiarimento 14. Solo il capogruppo paga l'ANAC oppure tutti i partecipanti al gruppo sono tenuti al pagamento?

Risposta 14. Corretto. Il contributo è assolto dal soggetto mandatario per la RTI partecipante.

Chiarimento 15. Questione garanzia, ossia l'offerta dovrà essere corredata da: una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base di gara per ciascun lotto, pertanto questa erogazione dovrà avvenire in fase di offerta, giusto? Mentre la dichiarazione di impegno (punto 2 pag.20) non siamo tenuta a farla essendo una piccola impresa (anche in caso di raggruppamento della medesima tipologia di impresa nemmeno) giusto? Pertanto, in fase di offerta ci viene richiesta solo la garanzia provvisoria?

Risposta 15. La cauzione/garanzia provvisoria del 2% deve essere presentata in sede di offerta fermo restando che l'impegno è solo richiesto per le grandi imprese secondo quanto indicato a pag. 20 punto 2 del Disciplinare.

Chiarimento 16. Tra i documenti obbligatori richiesti c'è la dichiarazione di capacità tecnico finanziaria. Sul fac-simile del documento si dice che per i lotti 4,5,6,7,8,9,10 la dichiarazione non è richiesta. Volendo partecipare a uno di questi lotti è possibile, quindi, non allegare questa dichiarazione e proseguire la procedura di presentazione dell'offerta oppure il sistema blocca la procedura se non si inserisce il documento?

Risposta 16. La dichiarazione relativa ai requisiti di capacità tecnico finanziaria è inserita nel sistema come documento di Gara. Poiché per i lotti 4,5,6,7,8,9 e 10 non sono richiesti requisiti specifici, se il sistema richiede comunque la presentazione del documento sarà possibile, per i ridetti lotti, allegare semplicemente il documento firmato senza indicazione delle forniture specificando il lotto a cui la dichiarazione si riferisce.



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Chiarimento 17. Nel capitolato tecnico a pag. 29, punto 10 è richiesta una risoluzione verticale minima inferiore o uguale a 30 m. Nel Disciplinare, pag. 43, lotto 7, punto 2, si prevede una risoluzione verticale inferiore o uguale a 15 m per l'assegnazione di 10 punti. Il valore 15 qui indicato è corretto o dovrebbe essere 30?

Risposta 17. I valori indicati sia nel capitolato tecnico che nel disciplinare sono corretti: nel capitolato tecnico si richiede che il sistema debba fornire una risoluzione minore o uguale a 30 m, nel disciplinare si assegna un punteggio premiale di 10 punti se il sistema è in grado di fornire una risoluzione migliore, ovvero minore o uguale a 15 m.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Liborio CAPOZZO