



**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO LABORATORIO DI RICERCA SU MEMBRANE (LABMEM)" - IMPORTO NETTO COMPLESSIVO € 184.500,00 SUDDIVISO IN 2 (DUE) LOTTI FUNZIONALI.**

**CUP: B55J19000360001**

**CIG 8528397FD4**

**CUI 80054330586202000330**

**CPV: 38430000-8; FG11-2**

### **FAQ relative al Lotto 1**

L'Istituto per la Tecnologia delle Membrane del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito, per brevità, l'Amministrazione), a seguito della richiesta giunta da un OE, rilascia le seguenti FAQ sulle specifiche tecniche per la fornitura in oggetto:

- | <i><b>FAQ</b></i>  | <i><b>Risposta</b></i>  |
|--|---|
| <b>1. Come deve essere determinato il segnale CD ed il segnale LD?</b>                                 | Lo strumento dovrà consentire la misurazione del segnale CD e del segnale LD in modo simultaneo oppure sequenziale. E' preferibile che lo strumento acquisisca in modo simultaneo entrambe i segnali. |
| <b>2. Lo strumento dovrà essere dotato di Rivelatore a diodi e/o di rivelatore fotomoltiplicatore?</b> | Lo strumento dovrà essere equipaggiato di entrambe le tipologie di rivelatore (Avalanche Photodiode Detector e fotomoltiplicatore) da utilizzare in modo interscambiabile.                            |
| <b>3. Come deve essere la cella per le misure OCD?</b>   | Si richiede la fornitura di una cella girevole, che consenta di ruotare il campione di 360° rispetto al fascio ottico e il controllo di temperatura e umidità.  |



4. **Come deve essere articolato il Contratto triennale di manutenzione/assistenza post garanzia?** Il contratto di manutenzione/assistenza post garanzia, della durata minima di tre anni, dovrà prevedere almeno una visita di manutenzione preventiva annuale, con spese di viaggio, manodopera e trasporto incluse, e con parti di ricambio e consumabili esclusi. Inoltre, dovrà essere garantito adeguato supporto telefonico da parte di personale tecnico idoneo ad evadere le informazioni richieste, supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione (ove possibile).

Il Responsabile Unico del Procedimento