



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I "COPIA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LABORATORIO MOBILE CARRELLATO E RIMORCHIABILE E PREDISPOSTO PER L'INSTALLAZIONE DEI SEGUENTI STRUMENTI: ANALIZZATORE CDRS N2O, ANALIZZATORE CDRS CO2, AUTOSAMPLER, UPS, PC INDUSTRIALE, CELIOMETRO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIRO1_00019- PRO-ICOS_MED, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI LAMEZIA TERME E DELL'ISTITUTO SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

GARA N.: 8043670 CUP: B27E19000040007 CPV: 34220000-5 CIG: 8640031B20

QUESITO 1 relativo al lotto unico in oggetto

Tra gli obblighi dell'aggiudicatario, al punto 2.1 si parla di installazione. Cosa si intende per installazione nella fornitura di un laboratorio mobile predisposto per l'installazione degli strumenti di proprietà CNR? I tempi richiesti prevedono infatti 90 giorni per la consegna del laboratorio e 120 giorni per l'installazione. Qual è l'oggetto dell'installazione?- Tra gli obblighi dell'aggiudicatario, al punto 2.2 si parla di formazione: come oggetto della formazione si fa menzione all'uso e alla manutenzione della strumentazione. Di quale strumentazione si parla? La strumentazione di analisi infatti è di proprietà della committente e non viene fornita con il presente appalto.- Relativamente alla garanzia, citata nel paragrafo 2.4, si fa riferimento alla strumentazione. Si chiede conferma che la garanzia è da intendersi solamente sull'oggetto della fornitura e non sulla strumentazione di analisi, che non è oggetto di fornitura ed installazione.- Tra la strumentazione di cui è necessario prevedere la predisposizione per la futura installazione c'è il PC industriale. Si chiede se è escluso il software per la gestione della strumentazione da installare nel PC di proprietà di CNR.- Si chiede la modalità di invio dell'offerta tecnica: non vi è lo spazio a portale per inserire una relazione descrittiva e non è stato fornito il modulo per l'offerta tecnica citato nella lettera di invito.- Si chiede una descrizione del sistema richiesto mediante plug ethernet e/o collegamento segnale con parabola wifi e le distribuzioni e punti di allaccio ethernet per tutta la strumentazione interna prevista. E' da prevedere anche un router per la comunicazione dei dati?- Relativamente al sistema di essiccamento del campione: chi fornisce il gas di essiccamento? Come è richiesto il circuito? Gli strumenti hanno una pompa esterna? Che portate hanno gli strumenti? Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. ORION SRL

ICOS



CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente
PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione II.1 - Progetto PRO-ICOS-MED
Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo



RISPOSTA

Con riferimento al lotto in oggetto si precisa che, è esplicitamente scritto che la strumentazione descritta che deve essere alloggiata nel laboratorio mobile non è oggetto di fornitura, si precisa che:

- il laboratorio mobile oggetto di fornitura costituisce esso stesso una strumentazione ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto PRO-ICOS MED;
- la conseguente installazione, formazione e garanzia è da intendersi dunque in riferimento al laboratorio mobile stesso inteso come già specificato strumentazione di per sé;
- non essendo il PC richiesto nella fornitura, né l'installazione della strumentazione che il laboratorio mobile dovrà alloggiare non è altrettanto richiesto l'installazione di alcun software;
- nel capitolato è specificatamente richiesto "garantire i plug ethernet e/o collegamento segnale con parabola wifi e le distribuzioni e i punti di allaccio ethernet per tutta la strumentazione interna prevista " è richiesta la vostra migliore soluzione di collegamento verso l'esterno (attraverso router wifi e/o parabola) e verso l'interno del collegamento alla rete interna ethernet, se proposto router wifi lo stesso deve essere oggetto della fornitura, per tutta la strumentazione (nel numero e descrizione e già specificato non oggetto della fornitura) che il laboratorio deve alloggiare;
- gli analizzatori/campionatori, descritti e non oggetto della fornitura come già specificato, sono dotati di pompe interne, non è richiesto nessun gas di essiccazione se non soluzioni tipo nafion dryer, per essiccamento dell'aria campionata dall'esterno ai fini di abbattimento dell'umidità come specificato sia nella lettera di invito che nel capitolato tecnico.
- si allega facsimile di offerta tecnica

Si precisa inoltre che per semplificare le operazioni di trasposto del laboratorio mobile, senza necessità di patenti speciali per il conduttore, il vincolo su "assali in tandem" del carrello rimorchiabile può essere rilassato offrendo soluzioni omologate e certificate di stabilità e robustezza della struttura del carrello stesso facilitando il trasporto dell'intero laboratorio mobile.

IL RUP