



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'ACQUISTO DI "FORNITURA DI N.10 BOMBOLE LUXFER DA 50 LITRI E N. 8 BOMBOLE LUXFER DA LT. 10" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIR01\_00019- PRO-ICOS\_MED, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI LAMEZIA TERME E DELL'ISTITUTO SCIENZE DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA E L'ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, SEDE DI TITO SCALO (PZ) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

GARA N.: 8106984 CUP: B27E19000040007 CPV: CPV 44610000-9 CIG: 87008833CB

QUESITO 1 relativo al lotto unico in oggetto

Buongiorno,

relativamente alla vs richiesta di FORNITURA DI N.10 BOMBOLE LUXFER DA 50 LITRI E N. 8 BOMBOLE LUXFER DA LT. 10, chiediamo cortesemente chiarimenti in merito alle dimensioni delle bombole richieste.

Segnaliamo infatti che sulle specifiche tecniche le dimensioni riportate per le bb da 10 e da 50 litri coincidono, cosa che non può essere compatibile con i rispettivi volumi.

RISPOSTA

Con riferimento al lotto in oggetto si precisa che i volumi per la fornitura sono i seguenti:

- n. 8 Bombole Luxfer da lt. 10 - Mod.P3342N a norme EN ISO 7866 - 200/300 bar - Diam. 140 mm. - h. 965 mm.
- n.10 Bombole Luxfer da lt. 50 - Mod.P3342N a norme EN ISO 7866 - 200/300 bar - Diam. 250 mm. - h.1500 mm.

Tali specifiche tecniche per i volumi sono da intendersi sostitutive rispetto a quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate all'avviso di manifestazione di interesse.

IL RUP

ICOS



CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente  
PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione II.1 - Progetto PRO-ICOS-MED  
*Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo*