



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI CPV 38970000-5, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO "IMPARA - IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA", COD. PIR01\_00023 – Avviso N. 424 del 28/2/2018- Azione II.1-PON R&I 2014-2020, CUP B27E19000050006 – IMPORTO COMPLESSIVO EURO 192.213,11 SUDDIVISO IN 4 LOTTI FUNZIONALI:

- LOTTO 1: Sistema di Imaging e Lettore Multimode (upgrade) per micropiastre - CUI 80054330586201900668 – Codice del bene PIR01\_00023\_158856;
- LOTTO 2: Piattaforma di Light Scattering ad alta sensibilità per la misura delle dimensioni, del peso molecolare e del potenziale zeta di particelle in dispersione e molecole in soluzione – CUI 80054330586201900669 – Codice del bene PIR01\_00023\_129735.
- LOTTO 3: Microfluidizzatore – CUI 80054330586201900670 – Codice del bene PIR01\_00023\_181016;
- LOTTO 4: Robot per la sintesi in parallelo di peptidi (Sintetizzatore) – CUI 80054330586201900671 – Codice del bene PIR01\_00023\_129262.

GARA N. 8317863  
CUP: B27E19000050006  
CPV 38970000-5  
RDO: 2914594

#### Verbale n° 2 della Commissione Apertura buste "B" e verifica offerte tecniche


Il giorno 11 marzo 2022 alle ore 11:00, la Commissione giudicatrice, nominata con Provvedimento Prot. 00165832022 del 03/03/2022, si riunisce in seduta pubblica per concludere le valutazioni tecniche, di cui alle buste "B", ed alla verifica dei documenti richiesti dal Disciplinare.

La Commissione è composta da:

- Dott.ssa Emilia Maria Pedone, Presidente;
- Dott.ssa Stefania De Luca, Componente effettivo;
- Dott.ssa Nunzianna Doti, Componente effettivo.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta .

In data 11 Marzo l'operatore Alfatest in riferimento ai lotti 2 e 3 ha risposto ai quesiti inviati via MEPA. La commissione ha valutato che le riposte fornite sono soddisfacenti pertanto l'intera offerta è stata infine giudicata rispettosa delle caratteristiche minime obbligatorie a pena di esclusione e quindi procede all'attribuzione del punteggio tecnico.



All'esito della valutazione all'offerta del concorrente Alfatest per il Lotto 2 è attribuito un punteggio tecnico totale, come riportato nella tabella, pari a 75.

	Criteri di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione	Punti D MAX	Punti T MAX	Punti Q MAX
1	Software basato su intelligenza artificiale	10	Assente		0	10
			Presente		10	
2	Volume minimo di campioni richiesto per misure di potenziale zeta	10	≥20 µL		0	10
			<20 µL		10	
3	Metodo per individuare funzioni di correlazione anomale legate a fenomeni transienti	10	Assente		0	10
			Presente		10	
4	Sorgente laser He/Ne	10	Assente		0	10
			Presente		10	
5	Estensione della garanzia	5	Nessuna estensione		0	0
			Estensione di un anno		5	
6	Detector APD (Avalanche Photodiode Detector) ad alta sensibilità	10	Assente		0	10
			Presente		10	
7	Campo di concentrazione nella misurazione delle particelle	5	≥0.5 mg/mL		0	5
			<0,5 mg/mL		5	
8	Giornata dimostrativa di acquisizione dati con personale qualificato con comprovata esperienza di utilizzo e	5	Assente		0	5
			Presente		5	



	formazione sullo strumento oggetto della gara					
9	Peltier per il controllo della temperatura	5	da 0 a 100 °C da 0 a 120 °C		0 5	5
10	Campo di misura per dimensioni particelle compreso	10	almeno tra 0,5 nm e 5 μM almeno tra 0,5 nm e 10 μM		0 10	10
<b>Totale</b>		<b>80</b>		<b>0</b>	<b>80</b>	<b>75</b>

All'esito della valutazione all'offerta del concorrente Alfatest per il Lotto 3 è attribuito un punteggio tecnico totale, come riportato nella tabella, pari a 60.

	Criteri di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione	Punti D MAX	Punti T MAX	Punti Q MAX
1	Sistema con Touch screen per interazione semplificata	10	Assente Presente		0 10	10
2	Possibilità di avere camere di interazione a dimensioni variabili per maggiore flessibilità	10	Assente Presente		0 10	10
3	Possibilità di equipaggiare lo strumento con la camera di interazione di 75 micron	15	Assente Presente		0 15	15
4	Portata del flusso	15	≤80 mL/min ≤ 100 mL/min		0 15	0
	Pressione operativa				0	10



5		10	fino a 20,000 psi			
			fino a 30,000 psi			
6	Volume minimo di campione	10	20 mL		0	10
			15 mL		10	
7	Estensione periodo di garanzia	5	Nessuna estensione		0	0
			Estensione di un anno		5	
8	Giornata dimostrativa di acquisizione dati con personale qualificato con comprovata esperienza di utilizzo e formazione sullo strumento oggetto della gara	5	Assente		0	5
			Presente		5	
<b>Totale</b>		<b>80</b>		<b>0</b>	<b>80</b>	<b>60</b>

Terminato l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procede a rendere visibili, attraverso la piattaforma MEPA, i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte. La Commissione procede quindi all'apertura e valutazione delle offerte economiche.

Riguardo il Lotto 2, Alfatest ha presentato un'offerta congrua al disciplinare ottenendo il punteggio max di 20 punti.

Punteggio complessivo (Tecnico+ Economico)= 95 punti (75+20)

Riguardo il Lotto 3, Alfatest ha presentato un'offerta congrua al disciplinare ottenendo il punteggio max di 20 punti.

Punteggio complessivo (Tecnico+ Economico) = 80 punti (60+20)

Riguardo il Lotto 4, BIOTAGE SWEDEN AB ha presentato un'offerta congrua al disciplinare ottenendo il punteggio max di 20 punti.

Punteggio complessivo (Tecnico+ Economico) = 90 punti (70+20)

La commissione, in virtù dei seguenti risultati, propone l'aggiudicazione della gara alla Ditta Alfatest per il lotto 2 e 3 e alla ditta BIOTAGE SWEDEN AB per il lotto 4.

Null'altro essendo in discussione, alle ore 13.00 la seduta è tolta. Di quanto precede si redige il presente verbale composto da 4 (quattro) pagine che, letto, confermato e sottoscritto, verrà quindi trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.