



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI SCIENTIFICI 38430000-8 - "APPARECCHI PER ANALISI E RIVELAZIONE", DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI (IBB) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IN VIA P. CASTELLINO 111, 80131 NAPOLI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE, ACQUISTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA E DEI RELATIVI IMMOBILI DI CUI ALLA DELIBERA N. 134/2020 ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2020" - CUP B55J19000360001 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.918,00 - 2 LOTTI FUNZIONALI.

- Lotto 1 PIATTAFORMA DI CALORIMETRIA ISOTERMICA DI TITOLAZIONE ULTRASENSIBILE, CUI 80054330586202000402, - **ALFATEST SRL**
- Lotto 2: SPETTROPOLARIMETRO, CUI 80054330586202000403, **JASCO EUROPE SRL**

GARA N. 8342584
CUP: B55J19000360001
CPV :38430000-8
RDO: 2933923

Verbale n° 1 della Commissione Apertura buste "B" e verifica offerte tecniche

Il giorno 31 maggio 2022 alle ore 10:30, la Commissione giudicatrice, nominata con Provvedimento Prot. 0000753/2022 del 18/05/2022, si riunisce in seduta pubblica per le operazioni di apertura delle buste "B", concernente le offerte tecniche, ed alla verifica dei documenti richiesti dal Disciplinare.

La Commissione è composta da:

- Dott.ssa Emilia Maria Pedone, Presidente;
- Dott.ssa Alessia Ruggiero, Componente effettivo;
- Dott. Luciano Pirone, Componente effettivo.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti in presenza, dichiara aperta la seduta.

La Commissione giudicatrice, preliminarmente, prende atto che con decisione a contrattare prot. n. 0001291 del 09/11/2021 è stata autorizzata la gara di cui all'oggetto;

Il Presidente informa i membri che il RUP, attraverso la funzione "Gestione permessi e Commissione di gara" della piattaforma MEPA, ha proceduto ad assegnare il ruolo di "Presidente di commissione" all'utenza associata al Presidente medesimo, che quindi ha la piena disponibilità della documentazione inserita nella già richiamata busta "B".



La Commissione prende atto che per il lotto 1 è presente un unico concorrente (Alfatest s.r.l.), per il lotto 2 è presente un unico concorrente (Jasco Europe s.r.l.).

La Commissione quindi, procede con l'apertura delle buste "B" dei concorrenti per il lotto 1 e 2 ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare con i seguenti esiti:

Denominazione operatore economico	Esito
Alfatest (lotto 1)	POSITIVO
Jasco (lotto 2)	POSITIVO


La Commissione prosegue i lavori decidendo di effettuare le seguenti fasi della procedura, e cioè:

- Analisi delle caratteristiche tecniche della fornitura offerta al fine di valutarne il rispetto delle caratteristiche tecniche minime obbligatorie a pena di esclusione, così come stabilite nel Progetto;
- Attribuzione del punteggio tecnico all'offerta ammessa, utilizzando i criteri stabiliti nel Disciplinare.

La Commissione quindi, procede all'esame dell'offerta del concorrente **AlfaTest per Lotto 1**, analizzando e valutando il contenuto delle schede e delle offerte tecniche. A seguito dell'analisi delle caratteristiche tecniche, la Commissione ritiene di dover chiedere dei chiarimenti all'operatore in relazione al paragrafo 2.2 per il quale non si riscontra alcun riferimento:

- a) **Spedizione e trasporto** del(compresa assicurazione contro il rischio di perdita o di danni alla merce durante il trasporto e compresi eventuali dazi doganali, nonché qualunque altro onere e spesa);
- b) **Consegna ed installazione** presso l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche in Via Pietro Castellino 111, 80131 Napoli (NA). L'installazione comprende lo smaltimento di imballaggi e materiali di risulta, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- c) **Test di accettazione/Verifica di conformità** presso il luogo di consegna ed installazione, secondo procedure concordate con la Stazione Appaltante, che comprenda una verifica di conformità tecnica e funzionale. Si ritiene necessario eseguire un adeguato e approfondito test di accettazione a cura del personale dell'IBB-CNR in collaborazione con il personale della Ditta aggiudicataria e di porre in essere tutti gli atti necessari per verificare le specifiche tecniche della fornitura dichiarate dalla Ditta e comprese nelle clausole contrattuali;
- d) **Garanzia a copertura totale**, assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria di almeno 12 mesi a partire dall'emissione del certificato di verifica di conformità, con interventi on site e/o in remoto quando applicabile, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Nell'offerta dovrà essere esplicitata con chiarezza la validità della garanzia per l'Italia.

I quesiti saranno inoltrati all'operatore tramite MEPA in data 31.05.2022.



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione




Successivamente la Commissione procede all'esame dell'offerta del concorrente **Jasco per Lotto 2**, analizzando e valutando il contenuto della scheda e della relazione parti dell'offerta tecnica. A seguito dell'analisi delle caratteristiche tecniche, l'intera offerta è stata giudicata rispettosa delle caratteristiche minime obbligatorie a pena di esclusione e quindi procede all'attribuzione del punteggio tecnico.

All'esito della valutazione all'offerta del concorrente Jasco è attribuito un punteggio tecnico totale, come riportato nella tabella, pari a 80.

	Criteri di valutazione	Punti MAX	Sub criteri di valutazione	Punti D MAX	Punti T MAX	Punti Q MAX
1	Portacelle a posizione singola termostato ad effetto Peltier	10	Con range di temperatura compreso tra -10 e +100°C		0	10
			Con range di temperatura compreso tra -30 e +130°C		10	
2	Fornitura di un set di n.4 celle da 0.1 cm in quarzo con percorso ottico 1 mm (con relativi spaziatori)	10	Assente		0	10
			Presente		10	
3	Modalità di scansione	10	In continuo		0	10
			<ul style="list-style-type: none"> In continuo a step a step con tempo di integrazione automaticamente variabile 		10	
4	Intervallo Campo Spettrale	10	180-800 nm		0	10
			165 -900 nm		10	
5	Precisione delle lunghezze d'onda nell'UV-VIS	10	0,1 nm		0	10

DR
OR
JR



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



Ministero dell'Università
e della Ricerca



PON
RICERCA
E INNOVAZIONE
2014-2020



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

			migliore di 0,1 nm		10	
6	Estensione periodo di garanzia	10	Nessuna estensione		0	
			Ulteriori 24 mesi di garanzia		10	10
7	Aggiornamento software	10	Assente		0	
			Presente		10	10
9	Giornata dimostrativa di acquisizione dati con personale qualificato	10	Assente		0	
			Presente		10	10
Totale		80		0	80	80

Null'altro essendo in discussione, alle ore 13:00 la seduta è tolta. Di quanto precede si redige il presente verbale composto da 4 (quattro) pagine che, letto, confermato e sottoscritto, verrà quindi trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

La Commissione

- Dott.ssa Emilia Maria Pedone
- Dott.ssa Alessia Ruggiero
- Dott. Luciano Pirone

[Redacted signatures]