

PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DELLA DECISIONE A CONTRATTARE N. 02/CT/2021, PROT. 0000218 DEL 09/02/2021 – CIG Z2D3095839

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla esecuzione delle verifiche Tecniche a norma di Legge per n. 2 Cappe Chimiche MOD. Belair 56 e n. 2 Cappe Biologiche Thermo Fisher Safe 2020 - Progetto Proseguimento Laboratorio Pubblico Privato - CUP B66D16000100001 – CIG Z2D3095839

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DICHIARA CHE:

- **VISTA** la relazione del RUP, Sig.ra Campagna Tiziana, prot. 0000581 del 26/03/2021, dalla quale si evince che, durante le verifiche tecniche effettuate dalla ditta ASSI TECNICA SNC per n. 2 Cappe Chimiche MOD. Belair 56 e n. 2 Cappe Biologiche Thermo Fisher Safe 2020, sono emerse alcune criticità riguardanti entrambe le cappe chimiche, e più precisamente:
 - 1) Nella cappa chimica Momoline, mod. Belair 56, matricola 702, allocata presso il laboratorio di Espressione di Proteine, non è stato possibile eseguire la verifica tecnica in quanto presenta lampada a fluorescenza non funzionante e necessita di sostituzione filtri;
 - 2) La cappa chimica Momoline, mod. Belair 56, matricola 703, allocata presso il laboratorio di Spettrometria, non ha passato la verifica tecnica in quanto non ha superato il test anemometrico, e la stessa segnala diversi allarmi, tra cui quello che riguarda la sostituzione dei filtri;
- **CONSIDERATA** la necessità di provvedere alla risoluzione delle problematiche emerse;
- **CONSIDERATO** che, la Stazione Appaltante rivolgendosi alla stessa ditta ASSI TECNICA SNC per la prosecuzione dell'intervento, otterrebbe un vantaggio in termini di tempo nonché un vantaggio economico, in quanto la ditta si è resa disponibile ad effettuare nuovamente le verifiche gratuitamente abbattendo così i costi delle verifiche tecniche di entrambe le cappe chimiche, che si sarebbero dovuti comunque effettuare dopo la sostituzione dei filtri;
- **VISTO** il preventivo n. 56 del 22/03/2021 della ditta ASSI TECNICA SNC, pari ad euro 673,00 (IVA ESCLUSA) riguardante la sostituzione dei filtri in entrambe le cappe chimiche;
- per quanto sopra specificato, ad integrazione della decisione a contrattare in oggetto;

DISPONE

A parziale modifica/integrazione della decisione a contrattare n. 02/CT/2021, prot. 0000218 del 09/02/2021:

- Di modificare l'impegno n. 9170000054/2013 del 09/02/2021 di euro 872,30, adeguandolo alla spesa effettiva di euro 1.693,36 sulla voce del piano 13074 "Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature" – GAE P0000033 a favore del soggetto creditore **Assi Tecnica snc – P.IVA 03453400875 - codice terzo 161052;**
- Di integrare l'ordine n. 03/2013/9170000054, prot. 0000251 del 16/02/2021, aggiungendo la sostituzione dei filtri di cui all'offerta n. 56 del 22/03/2021.

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA

Dott. Francesco Attanasio