



UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHIATURE PER TOPOGRAFIA, IDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA E IDROLOGIA (CPV 38290000-4), NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIR01\_00019- POTENZIAMENTO DELLA RETE DI OSSERVAZIONE ICOS-ITALIA NEL MEDITERRANEO - PRO-ICOS\_MED- IMPORTO COMPLESSIVO € 607.627,05 SUDDIVISO IN 7 LOTTI FUNZIONALI.

CUP: B27E19000040007 - CPV: 38290000-4

GARA SIMOG N. 8446732

### Richiesta chiarimenti

#### QUESITO 1

Lo schema di contratto è da integrare nelle parti evidenziate in giallo con i dati di nostra competenza? Eventualmente dobbiamo compilarne e firmarne uno per lotto quindi 7?

Inoltre vi chiediamo se i patti di integrità da compilare ed accettare sono sempre uno per Lotto quindi 7 o se ne possiamo compilare e firmare uno cumulativo.

#### RISPOSTA

*Lo schema di contratto non va compilato in sede gara, in fase negoziale sarà predisposto il contratto con l'OE aggiudicatario; lo "Schema" del contratto va firmato per accettazione per ciascun lotto.*

*Il documento "Patto integrativo" va compilato per ciascun lotto.*

#### QUESITO 2

I certificati per le forniture che andremo a citare nel dgue sono da presentare su mepa in questa sede di gara o in una fase successiva?

#### RISPOSTA

*Possano essere presentati anche in fase successiva*

ICOS



CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente  
PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione II.1 - Progetto PRO-ICOS-MED  
*Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo*





UNIONE EUROPEA  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione



### QUESITO 3

Nel disciplinare non troviamo indicato l'importo richiesto per le forniture analoghe da citare nel DGUE. Si tratta del medesimo importo a base d'asta di ciascun lotto?

### RISPOSTA

*Al paragrafo "7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale" del Disciplinare, si fa riferimento a "forniture analoghe all'oggetto" dei lotti e non ad importi.*

### QUESITO 4

LOTTO 3 - CIG 90958271E5

Per quanto riguarda i 3 Sensori ottici per ossigeno disciolto (tipo SeaBird Scientific SBE63), è richiesto hardware e cavo di collegamento per CTD? Al paragrafo 2 "Descrizione della fornitura", nella descrizione generale, parla di hardware, software e cavi di collegamento per CTD tipo SeaBird SBE19plus V2 o SeaBird SBE16plus V2 ma nelle caratteristiche minime, al sottoparagrafo 2.1, non viene citato più nulla (mentre per gli altri sensori del lotto viene riportata specificatamente la richiesta di cavi e adattatori per CTD).

LOTTO 5 - CIG 909592311E

Per quanto riguarda i 3 Sensori ottici multipli (tipo SeaBird Scientific ECO triplet), è richiesto hardware e cavo di collegamento per CTD? Al paragrafo 2 "Descrizione della fornitura", nella descrizione generale, parla di hardware, software e cavi di collegamento per CTD tipo SeaBird SBE19plus V2 o SeaBird SBE16plus V2 ma nelle caratteristiche minime, al sottoparagrafo 2.1, non viene citato più nulla.

### RISPOSTA

*Fermo restando quanto riportato nella descrizione generale, si richiede la fornitura di almeno un cavo di collegamento tra sonda e CTD e software per il controllo ed il download dei dati.*

IL RUP

ICOS



CNR - Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente  
PON R&I 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione II.1 - Progetto PRO-ICOS-MED  
*Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo*

