

Comunicazione per gli Operatori Economici invitati alla Procedura n. 8642237
STRUMENTI SCIENTIFICI CPV 33120000-7 – RADIOFARMACIA

1. Il termine per la consegna delle apparecchiature, oggetto dei 3 lotti, è stata modificata in 90gg dalla stipula del contratto.

2. La presenza di un pannello operatore touch-screen da 15” rappresenta una soglia sotto la quale non viene assegnata premialità. Il superamento del valore soglia prevede l'attribuzione della premialità indipendentemente dalla grandezza del pannello operatore touch-screen. Non sono pertanto individuati livelli diversi e proporzionali di premialità.

3. Il termine "Calibratore di dose" nella voce Spedizione e Trasporto nei capitolati dei Lotti 1 e 2 è un refuso. La spedizione è da riferirsi all'apparecchiatura oggetto del capitolato tecnico.

Il RUP

Dott. Salvatore Cioce