

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP CONSIP AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO “SISTEMA INTEGRATO PER ECOGRAFIA AD ALTA FREQUENZA (CPV 33110000-4), NELL’AMBITO DEL PROGETTO "CIRO -CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY". IMPORTO A BASE DI GARA € 381.632,86 UNICO LOTTO FUNZIONALE - CUP B61G17000190007 – CUI 80054330586201900086. GARA SIMOG N. 8927932 - GARA ASP N. 3423495 – CIG: 963290088C

### VERBALE N. 1

Il giorno 23 maggio 2023, alle ore 11:15 la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini n 2023-CNR0A00-0138718 e composta come di seguito indicato:

Presidente

*Dott. Raffaele Liuzzi*

*Ricercatore*

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Componenti

*Dott. Ernesto Soscia*

*Ricercatore*

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

*Dott. Luigi Auletta*

*Ricercatore*

*Università degli studi di Milano*

è riunita al completo in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 247 comma 3 e 250 comma 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020.

La commissione è collegata mediante Google meet e utilizzerà la posta elettronica per l’invio e la ricezione dei documenti.

Il presidente della commissione in data 10 maggio 2023 ha comunicato all’unica ditta che ha presentato la documentazione per partecipare alla gara che il giorno 23 maggio 2023 alle ore 11:00 la commissione si sarebbe riunita per procedere alla apertura e successiva valutazione dell’offerta tecnica.

Il presidente alle ore 11:30 constatata l’assenza dei rappresentanti della ditta partecipante procede all’apertura dell’offerta tecnica.



Dopo attenta analisi dei requisiti minimi richiesti nel capitolato di gara e delle caratteristiche offerte dalla ditta Fujifilm, la commissione decide che permangono dubbi interpretativi sul contenuto della fornitura e stabilisce di inoltrare a mezzo comunicazione MEPA la richiesta di chiarimenti alla ditta Fujifilm.

I punti da chiarire sono i seguenti:

- 1) Non si evince in maniera chiara se l'oggetto richiesto al capo f) del paragrafo "Unità di base" (*Sistema per posizionamento del trasduttore, posizionamento dell'animale, monitoraggio dei parametri fisiologici con lettino riscaldato e microiniettore*) sia oggetto della fornitura;
- 2) Non è esplicitato nell'offerta tecnica nessuna indicazione della presenza delle richieste contenute nel capitolato al punto 2.2 *Ulteriori elementi obbligatori della fornitura a pena di esclusione*.
  - La fornitura dovrà comprendere le seguenti prestazioni:
    - Spedizione e trasporto dello strumento
    - Consegna ed installazione
    - Test di accettazione/Verifica di conformità
    - Garanzia, lo strumento deve essere corredato di una garanzia della durata minima di almeno 60 (sessanta) mesi
    - Assistenza, durante il periodo di validità della garanzia,
    - Manutenzione

La commissione si aggiorna in attesa delle risposte della ditta Fujifilm.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 pagine che viene letto, approvato e sottoscritto.

La riunione è tolta alle ore 13:30

IL PRESIDENTE

Dott. Raffaele Liuzzi




I COMPONENTI

Dott. Ernesto Soscia



Dott. Luigi Auletta



GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP CONSIP AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO "SISTEMA INTEGRATO PER ECOGRAFIA AD ALTA FREQUENZA (CPV 33110000-4), NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CIRO -CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY". IMPORTO A BASE DI GARA € 381.632,86 UNICO LOTTO FUNZIONALE - CUP B61G17000190007 – CUI 80054330586201900086. GARA SIMOG N. 8927932 - GARA ASP N. 3423495 – CIG: 963290088C

## VERBALE N. 2

Il giorno 26 maggio 2023, alle ore 14:00 la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del 2023-CNR0A00-0138718 e composta come di seguito indicato:

Presidente

*Dott. Raffaele Liuzzi*

*Ricercatore*

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Componenti

*Dott. Ernesto Soscia*

*Ricercatore*

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

*Dott. Luigi Auletta*

*Ricercatore*

*Università degli studi di Milano*


è riunita al completo in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 247 comma 3 e 250 comma 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020.

La commissione è collegata mediante Google meet e utilizzerà la posta elettronica per l'invio e la ricezione dei documenti.

La commissione procede all'esame della risposta della ditta Fujifilm alla richiesta di chiarimenti inoltrata alla ditta stessa a mezzo di comunicazione sul portale MEPA.

I punti da chiarire erano i seguenti:

- 1) Non si evince in maniera chiara se l'oggetto richiesto al capo f) del paragrafo "Unità di base" (*Sistema per posizionamento del trasduttore, posizionamento dell'animale, monitoraggio dei parametri fisiologici con lettino riscaldato e microiniettore*) sia oggetto della fornitura;
- 2) Non è esplicitato nell'offerta tecnica nessuna indicazione della presenza delle richieste contenute nel capitolato al punto 2.2 *Ulteriori elementi obbligatori della fornitura a pena di esclusione.*



- La fornitura dovrà comprendere le seguenti prestazioni:
  - Spedizione e trasporto dello strumento
  - Consegna ed installazione
  - Test di accettazione/Verifica di conformità
  - Garanzia, lo strumento deve essere corredato di una garanzia della durata minima di almeno 60 (sessanta) mesi
  - Assistenza, durante il periodo di validità della garanzia,
  - Manutenzione

La ditta ha inviato la seguente risposta:

- si conferma che l'oggetto richiesto al capo f) del paragrafo "Unità di base" (Sistema per posizionamento del trasduttore, posizionamento dell'animale, monitoraggio dei parametri fisiologici con lettino riscaldato e microiniettore) è oggetto della fornitura

- Per ciò che concerne quanto richiesto al punto 2) all'interno della documentazione amministrativa è stato trasmesso a codesto Spettabile Ente il Capitolato Tecnico al quale si fa riferimento, sottoscritto per accettazione incondizionata e l'accettazione dei documenti di gara è dichiarata, altresì, all'interno dell'Offerta Tecnica generata dal sistema. Facciamo presente che la durata della garanzia, a cui codesto Spettabile Ente fa riferimento, è stata modificata con Vs. chiarimento trasmesso a mezzo piattaforma in data 24/04/2023, parte integrante della documentazione di gara, il cui testo riportiamo per praticità "Confermo che è presente un refuso nel capitolato pag. 5 lettera e). La garanzia minima è di mesi 12."

La commissione prende atto che, con i chiarimenti inviati dalla ditta Fujifilm, nell'Offerta Tecnica sono contenuti tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel Capitolato di gara.

La commissione adotta i criteri contenuti nella seguente tabella per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

Denominazione Concorrente	Numero partecipazione	Id	Caratteristica	Valore Offerito	Punteggio
FUJIFILM Italia	465041	T3	Trasduttore aggiuntivo sonda con frequenza centrale 15 MHz per ratto	Presente	20
		T5	estensione della garanzia	12 mesi	0
		T1	Training on-site della durata di almeno 1 settimana ogni 6 mesi per i primi 2 anni	Presente	10
		T2	sistema compatto montato su ruote per anestesia gassosa	Presente	10



		T4	Pompa da infusione micrometrica	Presente	20
				<b>Totale</b>	<b>60</b>

La commissione attribuisce il punteggio di 60 punti all'offerta tecnica

La commissione decide di riunirsi, per l'apertura della busta contenete l'offerta economica, in data 15 giugno 2023 oppure il giorno 30 maggio 2023 nel caso in cui la ditta rinunziasse al dovuto preavviso. Al temine della seduta il Presidente invierà una comunicazione a mezzo comunicazione MEPA chiedendo alla ditta Fujifilm di esprimere la propria volontà di rinunciare o di non voler rinunciare al preavviso dovuto. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 pagine che viene letto, approvato e sottoscritto.

La riunione è tolta alle ore 15:00

IL PRESIDENTE

*Dott. Raffaele Liuzzi*  
I COMPONENTI

.....*Raffaele Liuzzi*.....

*Dott. Ernesto Soscia*

.....*Ernesto Soscia*.....

*Dott. Luigi Auletta*

.....*Luigi Auletta*.....

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP CONSIP AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNO "SISTEMA INTEGRATO PER ECOGRAFIA AD ALTA FREQUENZA (CPV 33110000-4), NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CIRO -CAMPANIA IMAGING INFRASTRUCTURE FOR RESEARCH IN ONCOLOGY". IMPORTO A BASE DI GARA € 381.632,86 UNICO LOTTO FUNZIONALE - CUP B61G17000190007 – CUI 80054330586201900086. GARA SIMOG N. 8927932 - GARA ASP N. 3423495 – CIG: 963290088C

### VERBALE N. 3

Il giorno 30 maggio 2023, alle ore 10:30 la commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del 2023-CNR0A00-0138718 e composta come di seguito indicato:

Presidente

*Dott. Raffaele Liuzzi*

*Ricercatore*

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

Componenti

*Dott. Ernesto Soscia*

*Ricercatore*

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

*Dott. Luigi Auletta*

*Ricercatore*

*Università degli studi di Milano*

è riunita al completo in modalità telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 247 comma 3 e 250 comma 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020.

La commissione è collegata mediante Google meet e utilizzerà la posta elettronica per l'invio e la ricezione dei documenti.

Il presidente alle ore 10:50 constatata l'assenza dei rappresentanti della ditta partecipante procede all'apertura dell'offerta economica. Il presidente ricorda che il valore del lotto è stato fissato a 381632,86 euro.

La commissione prende atto che la ditta Fujifilm offre uno sconto del 0,16% (zero, sedici%). La commissione attribuisce al contenuto dell'offerta economica il punteggio di 20 punti. La tabella dei punteggi completa risulta essere la seguente:



Denominazione Concorrente	Numero partecipazione	Id	Caratteristica	Valore Offerto	Punteggio
FUJIFILM Italia	465041	T3	Trasduttore aggiuntivo sonda con frequenza centrale 15 MHz per ratto	Presente	20
		T5	estensione della garanzia	12 mesi	0
		T1	Training on-site della durata di almeno 1 settimana ogni 6 mesi per i primi 2 anni	Presente	10
		T2	sistema compatto montato su ruote per anestesia gassosa	Presente	10
		T4	Pompa da infusione micrometrica	Presente	20
		E1	Sconto praticato	0.16%	20
				<b>Totale</b>	<b>80</b>


Il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta della ditta Fujifilm risulta pertanto esser di 80 punti.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 pagine che viene letto, approvato e sottoscritto.

La riunione è tolta alle ore 12:00


IL PRESIDENTE

Dott. Raffaele Liuzzi

.....

I COMPONENTI

Dott. Ernesto Soscia

.....

Dott. Luigi Auletta

.....