

AVVISO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI N.2 AGITATORE INCUBATORE REFRIGERATO E N.1 AGITATORE REFRIGERATO PICCOLO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 “POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI “CAMPIONI NAZIONALI DI R&S” SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES” PROGETTO “AGRITECH” CUP B83C22002840001

PREMESSE E FINALITA’

La Stazione Appaltante Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021 e dell’art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura/servizio.

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura/servizio di cui all’oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

L’oggetto della fornitura è:

N.2 AGITATORE INCUBATORE REFRIGERATO E N.1 AGITATORE REFRIGERATO PICCOLO:



Q.tà	Descrizione ¹
2	Agitatore Incubatore
	Altezza esterna (a coperchio/porta aperti) 115,8 cm (45,6 in), base esclusa
	Timer 0,01 – 95,59 h, continuo
	Alimentazione elettrica 230 V, 50/60 Hz
	Dimensioni (L x P x H) 118,2 x 86,9 x 63 cm / 46,5 x 34,2 x 24,8 in
	Peso del prodotto 198 kg/437 lb
	Allarmi acustici e visivi sì
	Omogeneità della temperatura ±0,25 °C a 37 °C e 250 rpm
	Modalità disponibili del programma <ul style="list-style-type: none"> • Velocità e temperatura costanti • Modalità di agitazione a tempo fino a 95:59 ore • Programmazione multi-step/ripetizione ciclica; vari parametri quali la velocità di agitazione, la temperatura, il tempo e, opzionale, l'intensità della luce fotosintetica
	Meccanismo di azionamento X-Drive
	Interfaccia di esportazione dati USB, Ethernet
	impilabile fino a tre strumenti
	Memoria non-volatile, con riavvio automatico in caso di interruzione dell'alimentazione
	Tipo di motore Stato solido, motore DC senza spazzole
	Dimensioni della piattaforma 76 x 62 cm (30 x 24 in)
	Refrigerata sì
	Piattaforma a scomparsa sì
	Apertura della porta scorrimento verso l'alto
	Intervallo della velocità Orbita da 2,5 cm: 20 – 400 rpm, orbita da 5,1 cm: 20 – 300 rpm
	Passaggi per programma illimitato
	Programmi memorizzati illimitato
Con marchio cETLus e CE sì	
Capacità extra large	
Passaggi di programmazione / programmi memorizzabili illimitato/illimitato	
Intervallo di temperatura da 20°C al di sotto della temperatura ambiente fino a 80 °C	



Precisione di temperatura	±0,1 °C a 37 °C
Agitazione	
Orbita	2,5 cm (1 in)
Velocità	Orbita da 2,5 cm (1 in): 20 – 400 rpm Orbita da 5,1 cm (2 in): 20 – 300 rpm
Incrementi per il controllo	±1 rpm
Accuratezza di controllo	±0.5 rpm
Massimo carico della piattaforma	35,4 kg (78 lb)
Base di posizionamento, 10,16 cm (4 in), Sticky Tape, Rotolo da 23 m × 3,8 cm (75 piedi × 1,5 in) Kit per l'impilamento Freight	

Q.tà	Descrizione ²	
1	AGITATORE REFRIGERATO PICCOLO	
	Profondità esterna (a coperchio/porta aperti)	131 cm (51,6 in)
	Timer	0,1 – 99,9 h, continuo
	Alimentazione elettrica	230 V, 50/60 Hz
	Dimensioni (L × P × H)	63,5 × 74,5 × 81,8 cm / 25 × 29,3 × 32,8 in
	Peso del prodotto	121 kg / 267 lb
	Intervallo di temperatura	da 20 °C al di sotto della temperatura ambiente fino a 80 °C
	Allarmi acustici e visivi	sì
	Omogeneità della temperatura	±0,25 °C a 37 °C
	Modalità disponibili del programma	<ul style="list-style-type: none"> • Velocità e temperatura costanti Più fasi programmabili <ul style="list-style-type: none"> • Porta di comunicazione RS-232
Meccanismo di azionamento	azionamento triplo-eccentrico controbilanciato	
	Da banco, o da pavimento (F) impilabile fino a 2 strumenti	



Collettore gas	sì
Monitoraggio dell'umidità/acqua	sì
Presa di alimentazione interna alla camera	sì
Luce interna di cortesia	sì
Memoria non volatile, con riavvio automatico in caso di interruzione dell'alimentazione	
Tipo di motore	Stato solido, motore DC senza spazzole
Luci fotosintetiche	sì opzionali
Dimensioni della piattaforma	46 × 46 cm (18 × 18 in)
Refrigerata	sì
Piattaforma a scomparsa	no
Apertura della porta	Apertura sul davanti
Intervallo della velocità	25 – 400 rpm;
Programmazione multi-step	sì
Passaggi per programma	15
Programmi memorizzati	4
Con marchio cETLus e CE	sì
Capacità	medium
Passaggi di programmazione / programmi memorizzabili	15/4
Possibilità di monitoraggio degli apparecchi a distanza e notifiche	
Intervallo di temperatura	Da 20 °C al di sotto della temperatura ambiente fino a 80 °C
Agitazione	
Orbita	1,9 cm (0,75 in)

Il luogo di consegna ed installazione della fornitura è l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR, Edificio A1 secondo Piano - Via Pietro Castellino n. 111 – 80131 Napoli

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei:

- requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto;
- requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale;

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari ad € 49.066,00 oltre IVA.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, entro e non oltre il giorno 24/11/2023 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ibb@pec.cnr.it e simonamariamonti@pec.it corredato da idonea relazione tecnica descrittiva della proposta;

L'oggetto della pec deve riportare: "INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI N.2 AGITATORE INCUBATORE REFRIGERATO E N.1 AGITATORE REFRIGERATO PICCOLO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.4 "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI "CAMPIONI NAZIONALI DI R&S" SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES" PROGETTO "AGRITECH" CUP B83C22002840001"

Il preventivo e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario sarà tenuto, prima dell'invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;;
- Dichiarazione DNSH;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;
- Dichiarazione obblighi assunzionali;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Dichiarazione DPCM 187 1991;
- Assolvimento dell'imposta di bollo;
- *PassOE* (Servizio FVOE, ANAC);

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto della prestazione prevalente oggetto dell'affidamento, fermi restando i limiti e le condizioni di ricorso al subappalto per le prestazioni secondarie o accessorie.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di natura tecnica relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante Dott.ssa Simona Maria Monti all'indirizzo e-mail simonamaria.monti@cnr.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente e in particolare al GDPR 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

**Il Responsabile della Sede Secondaria
Dr. Giuseppina De Simone**