

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI N°1 AUTOCLAVE DA PAVIMENTO A CARICAMENTO VERTICALE E N°1 CONGELATORE VERTICALE -20°C DA LABORATORIO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE DAL TITOLO “ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATIONAL RESEARCH ACTIONS ADDRESSING UNMET NEEDS ON EMERGING INFECTIOUS DISEASES (IN-FACT)” CODICE PROGETTO: PE00000007 – CUP B53C20040570005

PREMESSE E FINALITA’

La Stazione Appaltante Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico a cui affidare eventualmente la fornitura di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021 e dell’art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura/servizio.

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.

I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura/servizio di cui all’oggetto.

OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

L’oggetto della fornitura è:

N°1 AUTOCLAVE DA PAVIMENTO A CARICAMENTO VERTICALE E N°1 CONGELATORE VERTICALE - 20°C DA LABORATORIO:

Q.tà	Descrizione ¹
1	AUTOCLAVE da pavimento a caricamento verticale per sterilizzazioni di routine. <ul style="list-style-type: none">• Capacità di 24 L• Dotata di tutti i dispositivi e i serbatoi per la gestione semplice e quotidiana• Range di temperatura di sterilizzazione 100-135°C• Camera di sterilizzazione in acciaio inox AISI 304• Programmazione di temperatura e tempi mediante cicli preimpostati per liquidi e solidi• Plancia di comandi operativi digitale, completa di stampante



	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni esterne (LxPxH) 50 x 45 x 95 cm • Dotata di cestello in acciaio inox di 24 cm di diametro • Valvola di sicurezza e protezione dal surriscaldamento. Protezione da sovratensione e corto circuiti elettrici. Monitoraggio temperatura • Coperchio e involucro isolati termicamente. • Segnalazione di anomalie mediante messaggi di allarme. • Dispositivo di sicurezza con blocco meccanico per evitare aperture accidentali in caso di pressione interna. • Rubinetto di scarico manuale di condensa, rubinetto di scarico si acqua residua interna alla camera di sterilizzazione, riempimento manual dell'acqua. • Ruote (bloccanti) per spostamenti. Alimentazione elettrica : 220-240 Volt/50-60Hz ▪ Installazione e messa in funzione ▪ Garanzia 24 mesi ▪ Trasporto
--	---

Q.tà	Descrizione ²
1	<p>CONGELATORE PROFESSIONALE VERTICALE -20 °C munito di ripiani e cassetti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervallo di temperatura -10°C a -25°C. •Volume interno di circa 270 Litri. •Dimensioni esterne (LxPxH) 70 x 65 x 180 cm •Sistema di raffreddamento statico. •Segnali acustici per diversi tipi di allarme. Display esterno •Dotato di ripiani e cassetti (7 cassetti). •Dotato di ruote e piedini per fissaggio. • Trasporto

Il luogo di consegna ed installazione della fornitura è l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR, Edificio n.15, Lab. 8, primo piano- Via Pietro Castellino n. 111 – 80131 Napoli

REQUISITI

Possono inviare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei:

- requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.lgs. 36/2023;
- requisiti d'idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per



un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto;
- requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale;

VALORE DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante ha stimato per l'affidamento di cui all'oggetto un importo massimo pari ad € 7.200,00 oltre IVA.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo, corredato della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, entro e non oltre il giorno 19/12/2023 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ibb@pec.cnr.it e alessia.ruggiero76@pec.it corredato da idonea relazione tecnica descrittiva della proposta;

L'oggetto della pec deve riportare: "INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DI N°1 AUTOCLAVE DA PAVIMENTO A CARICAMENTO VERTICALE E N°1 CONGELATORE VERTICALE -20°C DA LABORATORIONELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA E INNOVAZIONE DAL TITOLO "ONE HEALTH BASIC AND TRANSLATIONAL RESEARCH ACTIONS ADDRESSING UNMET NEEDS ON EMERGING INFECTIOUS DISEASES (IN-FACT)" CODICE PROGETTO: PE00000007 – CUP B53C20040570005
"

Il preventivo e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente con firma qualificata da un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare l'operatore economico.

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'individuazione dell'affidatario sarà operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all'affidamento, a seguito dell'esame dei preventivi e delle relazioni tecniche ricevuti entro la scadenza.

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante.

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'operatore economico affidatario sarà tenuto, prima dell'invio della lettera ordine, a fornire la seguente documentazione:

- DGUE;
- Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;;
- Dichiarazione DNSH;
- Patto di integrità;
- Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010;

- Dichiarazione obblighi assunzionali;
- Dichiarazione titolare effettivo;
- Dichiarazione DPCM 187 1991;
- Assolvimento dell'imposta di bollo;
- *PassOE* (Servizio FVOE, ANAC);

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto della prestazione prevalente oggetto dell'affidamento, fermi restando i limiti e le condizioni di ricorso al subappalto per le prestazioni secondarie o accessorie.

CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di natura tecnica relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa l'operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante Dott.ssa Alessia Ruggiero all'indirizzo e-mail alessia.ruggiero@cnr.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente e in particolare al GDPR 2016/679 esclusivamente nell'ambito del presente avviso.

**Il Direttore ff
Dr. Marcello Mancini**