

VALUTAZIONE DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PROT. 276255/23

Il giorno 21 settembre 2023 con Prot. 276255 è stata avviata tramite pubblicazione su <https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi> e <https://www.serviziopubblici.it/SPInApp/it/bandi.page> una Indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi informali finalizzati all'identificazione di fornitori per la fornitura di "strumentazioni di criopreservazione e altra strumentazione da laboratorio" nell'ambito del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 dalla ricerca all'impresa"- Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" del PNRR - progetto codice identificativo "IR0000031" dal titolo "Strengthening of the Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure of Italy", acronimo "BBMRI.IT". CUP: B53C22001820006 - CUI: F80054330586202300327 - CPV: 38434540-3.

Per la precisione venivano richiesti preventivi per la fornitura della seguente strumentazione:

N. 2 - Congelatore verticale -86°C con kit luci esterne (945 litri)

N.2 – Ultracongelatore orizzontale -150°C (209 litri)

N.1 - Cappa a flusso laminare da 120 completa di UV

N.1 - Incubatore CO2

N.1 Centrifuga refrigerata da banco compatta

N.1- Centrifuga compatta da banco

N.1 - Conta-cellule Automatico

N.1 - Frigo-Congelatore

N.1 - Microscopio invertito

In risposta alla suddetta indagine di mercato sono pervenute le seguenti offerte:

- Con Prot. 298457 del 10 ottobre 2023 Offerta N° 3002474858 dell'importo di € 123.952,00 + IVA dell'azienda VWR International S.r.l.;
- Con Prot. 298790 del 10 ottobre 2023 - Offerta N° 544/PMM dell'importo di € 137.999,99 + IVA dell'azienda MMBiotech S.c.a.r.l.;

Il giorno 30 ottobre 2023 ore 10:00 è stata avviata la fase di valutazione delle offerte pervenute.

Si rileva che il preventivo inoltrato in data 10 ottobre 2023 dalla VWR International S.r.l. sebbene di importo inferiore risulta incompleto e in parte non conforme alle specifiche richieste, in particolare il congelatore verticale -86°C risulta di una capienza inferiore (845L) rispetto a quella richiesta (min.945L); manca tra i componenti del Microscopio invertito il "DM IL Fluo Base Package Fluo&Camera" essenziale per un corretto utilizzo dello stesso ed inoltre non tutti i prodotti indicati in preventivo risultano disponibili a stock, come si evince dal medesimo. Non è inoltre possibile accettare la rettifica pervenuta con prot. 306743 del 16 ottobre 2023 da parte dell'azienda VWR in quanto scaduti i termini previsti per la presentazione delle offerte.

Si rileva altresì che il preventivo inoltrato dalla MMBiotech S.c.a.r.l. rispecchia i criteri nell'avviso di indagine esplorativa sia in termini di completezza che per la disponibilità della strumentazione richiesta. In particolare l'incubatore CO2 è comprensivo di banco con piano HPL da 120 cm; la Centrifuga refrigerata è comprensiva di banco con piano HPL da 120; il microscopio invertito è corredato anche di obiettivo 4X.

Inoltre il fornitore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di avere pregresse e documentate esperienze analoghe anche se non coincidenti con quelle oggetto dell'appalto, ed è infatti possibile attestare che lo stesso precedentemente è risultato affidatario dell'Ente.

Si fa presente che si è provveduto a verificare che la categoria merceologica e l'oggetto della procedura non sono presenti in Convenzioni/Accordi CONSIP.

Alle ore 18.00 in base a tali valutazioni si decide di procedere con un affidamento diretto tramite MEPA per la fornitura delle "strumentazioni di criopreservazione e altra strumentazione da laboratorio" richieste al fornitore MMBiotech s.c.a.r.l. con sede legale in Napoli alla Via Gen. Giovanni De Bonis n.81 P.IVA IT05632311212, per l'importo di € 137.999,99 + IVA.

Napoli, 30/10/2023

FIRMA

Dott.ssa Claudia Miele

