

FORNITURA DI UN LASER A FEMTOSECONDO NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 2 DALLA RICERCA ALL'IMPRESA, INVESTIMENTO 1.5 "CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE", PROGETTO "TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM – THE", CUP B83C22003930001, CIG A027222450

VERBALE DI COLLAUDO

Il sottoscritto Cosimo Trono, come da incarico ricevuto dal Direttore IFAC (protocollo CNR-IFAC 408148 del 19.12.2023) procede alla verifica ed al collaudo della fornitura, relativa alla consegna dei dispositivi sottoelencati di cui all'ordine Me.PA n. 3882009 con CIG A027222450, della Ditta ACAL BFI ITALY S.R.L.

Riferimento bolla n° ZP20231221-2 del 25/01/2024

Il collaudo è consistito in:

- 1) verifica della corrispondenza del dispositivo consegnato e relativi accessori consegnati con l'offerta della ditta ACAL BFI ITALY S.R.L.;
- 2) verifica del corretto funzionamento del dispositivo

Il collaudo è stato effettuato nelle giornate del 15 e 16 Febbraio 2024 da Antoni Belina Brzozowski della ditta Fluence. Al collaudo hanno partecipato il Dr. Riccardo Danieli di ACAL BFI e Cosimo Trono, Simone Berneschi, Francesco Baldini e Sonia Centi di IFAC.

<i>Dispositivo da collaudare</i>	<i>Corrispondenza con offerta</i>	<i>Corretto funzionamento</i>
N. 1 Laser al femtosecondo Fluence Jasper X= (270 fs, 0.4 mJ, 40 W) + harmonic generator module Fluence HGM (quattro armoniche)	SI	SI

Sulla base di quanto sopra riportato l'esito del collaudo è: **POSITIVO**

Presenza visione da parte RUP
Sonia Centi

Il responsabile del collaudo
Cosimo Trono