



CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI

GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 44 E 71 E DELL'ALLEGATO II.6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA "CHIAVI IN MANO", COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE, ADEGUAMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI, SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK A DECORRERE DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA MINIMO (PARI A 12 MESI), DI N. 01 SISTEMA TOMOGRAFICO WHOLEBODY DEDICATO ALLA DIAGNOSI IN MODALITÀ IBRIDA PET/CT, DI SECONDA MANO O RICONDIZIONATO, AVENTE UNA DIMENSIONE TRANSASSIALE DEL TUNNEL D'ESAME MAGGIORE DI 70 CM ED UN SISTEMA CT ABILITATO ALL'IMAGING CARDIACO".

IL TUTTO PRESSO IL CNR ISTITUTO DI FISILOGIA CLINICA DI PISA.

INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE EX ART. 25 DEL D.LGS 36/2023. IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 876.600,00 OLTRE IVA DI LEGGE.

LA PRESENTE INIZIATIVA RIENTRA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA", INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E DI INNOVAZIONE – NEXTGENERATIONEU" – PROGETTO IR000023 "SEELIFE-STRENGTHENING THE ITALIAN INFRASTRUCTURE OF EURO-BIOIMAGING" – CUI: F80054330586202300125; CUP: B53C22001810006; CIG: A000642AD3; CPV PRINCIPALE: 33115000-9





Qui di seguito le risposte ai quesiti più rilevanti ricevuti da Operatori Economici interessati:

- 1) Gli importi citati all'Art. 4. Tabella 1 del Disciplinare di Gara sono singolarmente superabili, purché la loro somma non ecceda la base d'asta complessiva di euro 783.000,00;
- 2) E' possibile la partecipazione alla gara in ATI ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una o più imprese;
- 3) E' possibile che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell'oggetto della gara;
- 4) E' possibile esplicitare i requisiti di abilitazioni di cui al D.M. 37/2008;
- 5) Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi degli artt. 119 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 cui si fa specifico rimando;
- 6) Si conferma che l'offerta deve comprendere la progettazione esecutiva e l'installazione chiavi in mano;
- 7) Nell'ipotesi di partecipazione in costituendo RTI o in avalimento o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione dei locali necessari all'installazione delle apparecchiature, il progettista incaricato dalla RTI deve sottoscrivere il progetto esecutivo ed avrà la titolarità per la completa realizzazione;
- 8) In caso di indicazione di più professionisti incaricati all'esecuzione del progetto esecutivo e del CSP, i progettisti possono partecipare in raggruppamento;
- 9) Si conferma che per la comprova del requisito di cui al punto 7.3 del Disciplinare (<<a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi/forniture analoghi a quello in affidamento di importo minimo pari a € 876.600,00, svolti per conto di committenti pubblici o privati.>>) è sufficiente la presentazione delle fatture e dei collaudi con indicazione del bene fornito e della relativa corretta esecuzione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale;
- 10) Con riferimento all'art 14.1 del disciplinare di gara in cui viene specificato che "tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana". Si conferma che tale disposizione si riferisce alla documentazione dell'offerta;
- 11) I costi della manodopera sono stati calcolati in base a prezziari ufficiali e non v'è refuso alcuno. Le ditte partecipanti sono invitate ad attenersi ad essi;



12) In caso di partecipazione in RTI, si precisa che ciascun componente dell'associazione temporanea aggiudicataria potrà emettere le proprie fatture direttamente alla Committente per un importo corrispondente ai corrispettivi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni, anche se, questa Stazione Appaltante, per motivi di linearità procedurale e rendicontazionale, preferisce interloquire anche per i pagamenti e le fatturazione con il Soggetto Capogruppo;

13) Per quanto riguarda l'art. 19.1 del Disciplinare rubricato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e fino al paragrafo 19.2.3, sono sostituiti ed integrati come segue:

"Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI DELLA MACCHINA E QUALITA' TECNOLOGICA DEL SISTEMA COMPLESSIVO	50		IL CONCORRENTE DOVRÀ FORNIRE NELLA RELAZIONE ABBINATA ALL'OFFERTA TECNICA ED ALL'ALLEGATO "X" UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE CARATTERISTICHE TECNICO-PRESTAZIONALI DELLE MACCHINA CHE SI INTENDE OFFRIRE. LE CARATTERISTICHE RIPORTATE NELL'ALLEGATO "X - X1-X2" OVE PRESENTI SARANNO VALORIZZATE CON I SOTTORIPORTATI PUNTEGGI. IL CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI "T" SARA' DEL TIPO ON/OFF, OVVERO SE PRESENTE IL REQUISITO INDICATO NEL SUB-CRITERIO SARA' RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO, ALTRIMENTI NO.			
			1.1	LAYOUT DI INSTALLAZIONE IN TERMINI DI ACCESSIBILITÀ ED OPERATIVITÀ CONSENTITA			2
			1.2	SISTEMA PET: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI – TECNOLOGIA CON DETETTORE DIGITALE			3
			1.3	SISTEMA PET: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI – ELEVATA SENSIBILITÀ NEMA			3
			1.4	SISTEMA PET: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI - IMPLEMENTAZIONE DELLA METODICA TIME OF FLIGHT CON ELEVATA RISOLUZIONE TEMPORALE			5





		1.5	SISTEMA PET: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI – ELEVATA RISOLUZIONE SPAZIALE			4
		1.6	SISTEMA PET: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI - DIMENSIONE DEL CAMPO DI VISTA ASSIALE (FOV) MAGGIORE DI 20 CM			4
		1.7	SISTEMA PET: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI – NUMERO ANELLI DI RILEVAZIONE SUPERIORE A 3			2
		1.8	SISTEMA TC: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI – QUALITÀ DELL'IMMAGINE			3
		1.9	SISTEMA TC: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI – GATING CARDIACO			5
		1.10	SISTEMA TC: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI – RICOSTRUZIONE DELL'IMMAGINE CON ALGORITMI ITERATIVI			3
		1.11	CONSOLLE DI COMANDO PET-TC: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI RICHIESTE			3
		1.12	WORKSTATION POST ELABORAZIONE: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI, CONCORRENZIALITÀ DEGLI ACCESSI, SOFTWARE E LICENZE COME DA CAPITOLATO			3
		1.13	GANTRY PET/CT: DIMENSIONE TRANSASSIALE DEL TUNNEL D'ESAME			5
		1.14	GATING E LASER: CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PRESTAZIONALI			3
		1.15	TECNOLOGIE ACCESSORIE (CONTROLLI QUALITÀ, CALIBRAZIONI, VOXEL DOSIMETRY .. ECC)			1





2	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE POST-GARANZIA E PER IL CONTRATTO (FULL-RISK) PER L'APPARECCHIATURA OFFERTA, E POST-GARANZIA PER IL PERIODO DI 1 ANNO DECORRENTE DALLA FINE DEL PERIODO DI GARANZIA COMMERCIALE	4	2.1	IL CONCORRENTE DOVRÀ FORNIRE NELLA RELAZIONE ABBINATA ALL'OFFERTA TECNICA E NELL'ALLEGATO X – X3 UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA, CHE INTENDE DEDICARE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GARANZIA E DI POST-GARANZIA. SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE L'ADEGUATEZZA E COERENZA DELLA PROPOSTA IN FUNZIONE DEI COMPITI E DEI LIVELLI DI RESPONSABILITÀ DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE AL FINE DI ASSICURARE FLESSIBILITÀ ED EFFICACIA NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, NONCHÉ TEMPESTIVITÀ NELL'AFFRONTARE EVENTUALI IMPREVISTI O SITUAZIONI DI EMERGENZA DURANTE L'ESECUZIONE DELL'APPALTO.	2		
			2.2	MESI OFFERTI DI POST-GARANZIA ULTERIORI AL PERIODO DI 1 ANNO DECORRENTE DALLA FINE DEL PERIODO DI GARANZIA COMMERCIALE. MAX 0,25 PUNTI PER OGNI MESE IN AGGIUNTA OFFERTO FINO A MAX 03 PUNTI.		3	
3	PIANO DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO AL PERSONALE TECNICO E DI RICERCA	4	3.1	IL CONCORRENTE DOVRÀ FORNIRE NELLA RELAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA TECNICA UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA, CHE INTENDE DEDICARE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE ALL'USO DELLA PET DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO DI IFC. SI PREVEDE UN PERIODO MINIMO DI FORMAZIONE DI 5 GIORNI. OGNI GIORNATA IN PIU' SARA' VALORIZZATA CON MAX 01 PUNTO FINO AL TOTALE DI MAX 04 PUNTI.	2	2	
4	PROGETTO ADEGUAMENTO E RADIOPROTEZIONISTICO - VALORE TECNICO DELLA PROPOSTA TECNICO/PROGETTUALE E RADIOPROTEZIONISTICA PRESENTATA.	7	4.1	IL CONCORRENTE DOVRÀ FORNIRE NELLA RELAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA TECNICA UNA DESCRIZIONE DETTAGLIATA CIRCA LO STAFF TECNICO DA DEDICARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE DI RADIOPROTEZIONE E DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DESTINATI AD OSPITARE LA PET. SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE I C.V. DEI PROGETTISTI; LE SOLUZIONI EDILI ED IMPIANTISTICHE ADOTTATE; LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PROGETTO; GLI ACCORGIMENTI PREVISTI PER RIDURRE L'IMPATTO DEI LAVORI E DELL'INSTALLAZIONE DELLA PET SUL SISTEMA DELL'ATTIVITA' ROUTINARIA DI ISTITUTO.	7		



5	TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'APPALTO	5	5.1	IL CONCORRENTE DOVRA' FORNIRE NELLA RELAZIONE CONNESSA ALL'OFFERTA TECNICA UN DIAGRAMMA DI GANTT CHE DESCRIVA CON PUNTUALITA' E PRECISIONE LA TEMPISTICA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'APPALTO. LA PREVISIONE DI QUESTA S.A. E' DI N. 90 GIORNI/12 SETTIMANE. IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO SARA' DI MAX 01 PUNTO PER CIASCUNA SETTIMANA IN MENO OFFERTA, FINO A MAX 05 PUNTI COMPLESSIVI, IL TUTTO CON LA SEGUENTE FORMULA: $12-(12-X)*1$, DOVE "X" RAPPRESENTA IL NUMERO DI SETTIMANE IN MENO IN OFFERTA.		5	
PUNTEGGIO TOTALE		70			11	10	49

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

19.2.1 Criteri di natura qualitativa:

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente unico – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V – mediante:

- a) Attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, utilizzando i seguenti livelli di valutazione:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Parzialmente adeguato	0,3
Inadeguato	0,0

- b) Calcolo del coefficiente unico quale media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.
- c) Per ciascun elemento di valutazione si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

19.2.2 Criteri soggetti a valutazione quantitativa:

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula direttamente indicata in tabella denominata "SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE".

19.2.3 Criteri soggetti a valutazione tabellare:

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

- 14) Per lo Stato di progetto impianto di illuminazione si veda il Computo Metrico Estimativo, in quanto sono nuovi solo il locale PET ed il bagno;



- 15) Per lo Stato di progetto impianto di climatizzazione si veda la Relazione Tecnica che prevede l'adattamento; gli approfondimenti sono di diretto appannaggio del progetto esecutivo. Le indicazioni sugli impianti suddetti (illuminazione/climatizzazione) sono indicate nella Relazione Tecnica e nel computo del progetto di fattibilità' tecnico economica;
- 16) Causa tempi ristrettissimi per la realizzazione dell'appalto, pena la non concessione del finanziamento e la revoca in autotutela dell'appalto da parte di IFC, non si ritiene per il momento di concedere proroga alcuna né per la scadenza della gara (ore 13:00 del 16/10/2023), né per la richiesta di chiarimenti (ore 13:00 del 12/10/2023);
- 17) L'ambito applicativo della dichiarazione è limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), comma 2 e dell'art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023;
- 18) L'ambito applicativo della dichiarazione richiesta è limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi;
- 19) Relativamente alla previsione di cui all'art. 3 comma 3) dello schema di contratto, si conferma che l'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 36/2023;
- 20) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 7 comma 5 dello schema di contratto si precisa che il termine entro il quale il Contraente dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, propedeuticamente all'applicazione di eventuali penali, sarà entro 05 giorni dalla contestazione da parte della S.A.; mentre le controdeduzioni propedeutiche alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dovranno essere presentate al RUP in un termine non inferiore a 15 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.lgs 36/23;
- 21) Con riferimento alle ipotesi di risoluzione indicate nello schema di contratto (cfr. Art. 14), si precisa che il CNR IFC potrà risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, ivi compresa la fattispecie di cui al comma 3 del suddetto Decreto (grave inadempimento);





22) Con riferimento al codice di comportamento del CNR, si conferma che il rispetto del medesimo da parte dell'Aggiudicatario sarà riferito alle previsioni in esso contenute e per quanto applicabili anche per l'Operatore Economico, ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62.

23) Infine, per quanto riguarda la richiesta di indicazioni di radioprotezione relative alla sala pet/ct, si allega alla presente e nella documentazione di gara la piantina dall'Esperto Qualificato in materia.

IL RUP
Dott. Gennaro CAGNAZZO

