



## VERBALE VERIFICA CONFORMITÀ

**AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI DA LABORATORIO PER ANALISI E RILEVAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 2 “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” - INVESTIMENTO 1.4 NEXT GENERATION UE PROGETTO - CODICE IDENTIFICATIVO “CN00000041” DAL TITOLO “NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY”, AREA “GENE THERAPY AND THERAPY BASED ON RNA TECHNOLOGY” - CUP B83C22002860006 – CPV 38430000-8– CIG 9935991F25;**

Importo € 11.886,00 oltre IVA  
RUP Dott. Sandro De Falco

L'anno 2023, il 6 ottobre, presso l'Istituto di Genetica e Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il sottoscritto Dott. Sandro De Falco, in qualità di Responsabile del Procedimento, nominato con Determina di affidamento Prot. n. 198475 del 27-06-2023, procede alla verifica di conformità della fornitura di cui trattasi.

Si attesta che alla verifica di conformità non sono presenti i rappresentanti dell'esecutore.

Premesso:

- a) Che il RUP, in accordo con la Stazione Appaltante, ha ritenuto di non provvedere alla nomina di incaricati per l'effettuazione della verifica di conformità della fornitura, ritenendo che le competenze necessarie, anche in relazione alla complessità tecnologica della fornitura e alle operazioni di verifica, fossero del tutto soddisfatte;
- b) Che sono presenti le copie della documentazione di gara nonché copia del contratto;
- c) Che la documentazione acquisita di cui al precedente punto b) è stata esaminata, accertandone la completezza;
- d) Che è stato dato tempestivo avviso all'esecutore - Spett.le Cytosens s.r.l. - del giorno della verifica di cui trattasi, affinché l'esecutore stesso potesse intervenire;
- e) Che la fornitura è stata consegnata il 28/09/2023;
- f) Che la fornitura è stata installata il 02/10/2023;
- g) Che nel presente verbale saranno descritti i rilievi, le singole operazioni, le verifiche compiute ed i risultati ottenuti.

Si procede quindi alle operazioni di verifica il cui esito è riportato nella tabella nel seguito riportata.

Caratteristica tecnica con valore offerto	Valore rilevato	Esito
Digital Vortex Mixer	Tutte le caratteristiche tecniche sono confermate	OK
Digital Rocker	Tutte le caratteristiche tecniche sono confermate	OK
Digital Heating Shaking Drybath	Tutte le caratteristiche tecniche sono confermate	OK
Agitatore con piastra riscaldante	Tutte le caratteristiche tecniche sono confermate	OK
pHmetro	Tutte le caratteristiche tecniche sono confermate	OK
Bagnomaria Precision	Tutte le caratteristiche tecniche sono confermate	OK
Microcentrifuga ventilata	Tutte le caratteristiche tecniche sono confermate	OK
Apparato Elettroforetico Verticale Mini-Protean tetra cell 2	E' stato corso un gel SDS-PAGE con marker proteico di riferimento. L'apparato funziona correttamente	OK
Alimentatore di corrente per elettroforesi POWERPAC BASIC POWER	E' stato corso un gel SDS-PAGE con marker proteico di riferimento. L'alimentatore funziona correttamente.	OK
Sistema di trasferimento delle proteine da gel su filtro Mini Trans-Blot module	E' stato eseguito un trasferimento delle proteine dal gel SDS-PAGE a filtro. L'apparato funziona correttamente	OK

Le operazioni di verifica iniziate alle ore 10:30 si concludono alle ore 17:30 del giorno 09/10/2023.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale composto da n. 2 pagine.

Il RUP

Dott. Sandro De Falco



Antonio  
Simeone  
10.10.2023  
07:03:47  
GMT+00:00