

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 (CONVERTITO NELLA L.N.120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 (CONVERTITO NELLA L.N. 108/2021) PER L'AFFIDAMENTO DI UNA STAZIONE INTEGRATA PER MISURE ECOSISTEMICHE DI FLUSSI DI CO<sub>2</sub> NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO ITINERIS - CUP B53C22002150006 - CIG A00F303AF4 – CUI F80054330586202300503

## VERBALE N. 2 APERTURA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il giorno 7 dicembre alle ore 10:30, sono presenti i membri della commissione di valutazione delle offerte relative alla gara di cui all'oggetto che, nominata con Provvedimento 0365533 del 24/11/2023 risulta composta da:

- **Dott.ssa Ilaria Baneschi**, Tecnologo presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 15403 con funzione di presidente;
- **Dott.ssa Maddalena Pennisi**, prima Ricercatrice presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 42011 con funzione di commissario effettivo;
- **Dott.ssa Letizia Costanza**, Collaboratore Tecnico presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 14657 con funzione di commissario effettivo;
- **Dott.ssa Claudia Mazzanti** Collaboratore Tecnico VI livello presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matricola n. 14393 con funzione di segretario;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti effettivi, dichiara aperta la seduta dando atto che la Commissione giudicatrice ha preliminarmente concordato di effettuare le riunioni utilizzando procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione riprende i lavori valutando la Società West Systems Srl la cui valutazione si riporta di seguito:

L'operatore WEST SYSTEMS SRL è escluso dalla gara in quanto il documento DNSH risulta incompleto.

Inoltre rispetto ai requisiti minimi, richiesti dalla documentazione di gara riportati al paragrafo 2.1 Oggetto e descrizione dell'appalto, non fornisce la seguente strumentazione e servizi:


- n. 2 filtri 2 µm per il tubo di intake, n. 5 kit di bottigliette di reagenti per l'analizzatore di gas
- anemometro bidimensionale – ausiliario
- n. 2 calibrazioni di fabbrica dell'analizzatore di gas, che includono: diagnostica di base, gestione ordine e trasporti internazionali a/r
- n. 2 ricalibrazioni del sensore PAR
- non viene offerto né menzionato l'addestramento del personale destinato ad operare sulla stazione

L'operatore WEST SYSTEMS SRL non è ammesso alla successiva fase di valutazione offerta economica, Busta virtuale C ed è escluso dalla procedura di gara per l'incompletezza del DNSH e per l'insussistenza dei requisiti minimi di partecipazione.

La Commissione prende in esame l'operatore ECOSEARCH S.R.L la cui valutazione si riporta di seguito:  
il Documento DNSH risulta regolare.

L'operatore, tuttavia, viene escluso in quanto rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara riportati al paragrafo 2.1 della Lettera di Invito, non fornisce la seguente strumentazione e servizi:

- n. 2 filtri 2 µm per il tubo di intake, n. 5 kit di bottigliette di reagenti per l'analizzatore di gas
- n. 4 sensori di temperatura
- per i contenitori biomet non è stato dettagliato che siano IP65 e non è stata allegata scheda tecnica
- non viene fornita la scheda tecnica del datalogger



- non viene fornita la scheda tecnica del modem e dall'offerta tecnica non è specificato che sia configurabile tramite interfaccia web, che abbia una funzione client OpenVPN e che abbia una interfaccia wifi 802.11/x
- n. 2 calibrazioni di fabbrica dell'analizzatore di gas, che includono: diagnostica di base, gestione ordine e trasporti internazionali a/r
- n. 2 ricalibrazioni del sensore PAR
- non si menziona che la strumentazione venga fornita ed installata secondo le specifiche di progetto, nel luogo prescelto sulla base delle indicazioni fornite in fase di fornitura dei materiali.
- non viene offerto né menzionato l'addestramento del personale destinato ad operare sulla stazione

Pertanto anche l'Operatore Economico ECOSEARCH S.R.L è escluso dalla procedura di gara per insussistenza dei requisiti minimi previsti dal disciplinare

La riunione termina alle ore 11:45.

Il presente verbale che consta di 2 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Ilaria Baneschi, matr. 15403, presidente;

Dott.ssa Maddalena Pennisi, matr. 42011, commissario effettivo;

Dott.ssa Letizia Costanza, matr. 14657, commissario effettivo;

Dott.ssa Claudia Mazzanti, matricola n. 14393 con funzione di segretario;