

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 (CONVERTITO NELLA L.N.120/2020) COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 (CONVERTITO NELLA L.N. 108/2021) PER L'AFFIDAMENTO DI UNA STAZIONE INTEGRATA PER MISURE ECOSISTEMICHE DI FLUSSI DI CO2 NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO ITINERIS - CUP B53C22002150006 - CIG A00F303AF4 – CUI F80054330586202300503

VERBALE N. 1
APERTURA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. 296527 del 24/1072023 con cui la Stazione appaltante Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto la gara di cui in oggetto;
CONSIDERATO che l'aggiudicazione della gara di cui trattasi deve avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa –rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice;
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte relativo alla procedura de qua, stabilito per le ore 13:00 del 07/11/2023, sono pervenute le offerte degli operatori seguito indicati:

- ECOSEARCH S.R.L., con sede legale presso Località Corlo 11/A, 06014 Montone (PG), Codice Fiscale 01919800605, Partita IVA 02292010549 ecosearch@pec.ecosearch.it
- WEST SYSTEMS SRL, con sede legale presso Don Mazzolari 25, 56025 Pontedera (PI), Codice Fiscale 01071300501, Partita IVA 01071300501 amministrazione@pec.westsystems.it

Il giorno 29 novembre 2023 alle ore 10:30, sono presenti i membri della commissione di valutazione delle offerte relative alla gara di cui all'oggetto che, nominata con Provvedimento 0365533 del 24/11/2023 risulta composta da:

- **Dott.ssa Ilaria Baneschi**, Tecnologo presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 15403 con funzione di presidente;
- **Dott.ssa Maddalena Pennisi**, prima Ricercatrice presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 42011 con funzione di commissario effettivo;
- **Dott.ssa Letizia Costanza**, Collaboratore Tecnico presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matr. 14657 con funzione di commissario effettivo;
- **Dott.ssa Claudia Mazzanti** Collaboratore Tecnico VI livello presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, matricola n. 14393 con funzione di segretario;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti effettivi, dichiara aperta la seduta dando atto che la Commissione giudicatrice ha preliminarmente concordato di effettuare le riunioni utilizzando procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.

Il Presidente informa i membri che attraverso la funzione "Gestione permessi e Commissione di gara" della piattaforma si è proceduto ad assegnare il ruolo di "Presidente di commissione" all'utenza associata al Presidente medesimo, che quindi ha la piena disponibilità della documentazione inserita nella busta "B".

La Commissione procede alla lettura della **Lettera di invito** con particolare riferimento ai paragrafi 10 e 10.1 inerenti l'*offerta tecnica* e relativo punteggio attribuito sulla base dei criteri di valutazione con la relativa ripartizione dei punteggi, come si riporta di seguito:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80

Pag. 1

Offerta economica	20
TOTALE	100


Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	N. 1 SERVIZIO CALIBRAZIONE ANEMOMETRO	10	1.1	SE NON PRESENTE		0
			1.2	SE PRESENTE		10
2	RAIN CUP PER IL TUBO DI INTAKE DELL'ANALIZZATORE	10	2.1	SE NON PRESENTE		0
			2.2	SE PRESENTE		10
3	FILTRI 2 UM PER IL TUBO DI INTAKE	5	3.1	SE VENGONO FORNITI 2 FILTRI		0
			3.2	SE VENGONO FORNITI 4 FILTRI		5
4	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ANALIZZATORE DI GAS E SISTEMA DI EDDY COVARIANCE DA REMOTO	15	4.1	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO OLTRE 5 GIORNI DALLA RICHIESTA		0
			4.2	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 2 GIORNI DALLA RICHIESTA		5
			4.3	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA		15
5	TERMOCOPPIE PER L'ANALIZZATORE DI GAS	10	5.1	SE NON VENGONO FORNITE TERMOCOPPIE		0
			5.2	SE VENGONO FORNITE 3 TERMOCOPPIE		5
			5.3	SE VENGONO FORNITE >= 5 TERMOCOPPIE		10
6	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ASSISTENZA SUL FIRMWARE E SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE EDDY COVARIANCE E VARIABILE AMBIENTALI E METEOROLOGICHE DA REMOTO	10	6.1	SE NON INCLUSA		0
			6.2	SE INCLUSA		10
7	ESTENSIONE DELLA GARANZIA	15	7.1	SENZA ESTENSIONI		0
			7.2	SE ESTESA A 24 MESI		15
8	FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	25	8.1	QUALITA' E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI DI PREINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI OFFERTI, E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-COMMERCIALE	25	
	TOTALE	100			25	75

La Commissione rileva che Il punteggio dell'offerta tecnica riportato nella tabella Criteri di Valutazione non è corretto, pertanto decide di riparametrare il punteggio dell'offerta tecnica (max 100) per ricondurlo al peso ponderale (80/100) previsto dal criterio di aggiudicazione.



Pur sottolineando che nella lettera di invito manca un riferimento specifico a tale operazione di riparametrazione, la stessa si rende senz'altro necessaria per applicare correttamente il criterio di aggiudicazione previsto dal punto 10 della lettera di invito (punteggio max offerta tecnica: 80; punteggio max offerta economica: 20; totale 100).

Anche ipotizzando che un concorrente voglia contestare la suddetta operazione di riparametrazione siccome non prevista dalla lex specialis, risulta difficile individuare un interesse concreto e diretto a fondamento della contestazione, dal momento che la lettera di invito è chiara nel rappresentare il peso ponderale della valutazione dell'offerta tecnica (80/100) e, di conseguenza, la relativa ricaduta sui vari criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Si procede pertanto alla riparametrazione di seguito indicata:

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	N. 1 SERVIZIO CALIBRAZIONE ANEMOMETRO	8	1.1	SE NON PRESENTE		0
			1.2	SE PRESENTE		8
2	RAIN CUP PER IL TUBO DI INTAKE DELL'ANALIZZATORE	8	2.1	SE NON PRESENTE		0
			2.2	SE PRESENTE		8
3	FILTRI 2 UM PER IL TUBO DI INTAKE	4	3.1	SE VENGONO FORNITI 2 FILTRI		0
			3.2	SE VENGONO FORNITI 4 FILTRI		4
4	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ANALIZZATORE DI GAS E SISTEMA DI EDDY COVARIANCE DA REMOTO	12	4.1	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO OLTRE 5 GIORNI DALLA RICHIESTA		0
			4.2	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 2 GIORNI DALLA RICHIESTA		4
			4.3	SE L'INTERVENTO E' ASSICURATO ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA		12
5	TERMOCOPPIE PER L'ANALIZZATORE DI GAS	8	5.1	SE NON VENGONO FORNITE TERMOCOPPIE		0
			5.2	SE VENGONO FORNITE 3 TERMOCOPPIE		4
			5.3	SE VENGONO FORNITE >= 5 TERMOCOPPIE		8
6	INTERVENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO PER ASSISTENZA SUL FIRMWARE E SOFTWARE DELLA STRUMENTAZIONE EDDY COVARIANCE E VARIABILE AMBIENTALI E METEOROLOGICHE DA REMOTO	8	6.1	SE NON EFFETTUATA		0
			6.2	SE EFFETTUATA		8
7	ESTENSIONE DELLA GARANZIA	12	8.1	SENZA ESTENSIONI		0
			8.2	SE ESTESA A 24 MESI		12
8	FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE	20	8.1	QUALITA' E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI DI PREINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI OFFERTI, E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO-COMMERCIALE	20	
TOTALE		80			20	60

In pari data alle ore 15:30 la commissione procede quindi ad aprire la busta Tecnica e scaricare l'offerta dell'operatore ECOSEARCH S.R.L che risulta composta da tre file come di seguito riportato:

Allegato 6 Dichiarazione DNSH di pagine 5

Allegato 9 Relazione Tecnica descrittiva e brochure di pagine 44



Offerta tecnica generata da Sistema di pagine 3

La commissione passa quindi ad aprire e scaricare l'offerta presentata dall'operatore WEST SYSTEMS SRL composta da tre file

Allegato 6 Dichiarazione DNSH di pagine 4

Allegato 9 Relazione Tecnica descrittiva di 322 pagine

Offerta tecnica generata da Sistema di pagine 3

La commissione stabilisce di rinviare la valutazione delle relazioni tecniche alla prossima seduta riservata stabilita per il giorno 7 dicembre 2023 alle ore 10:30.

Il presente verbale che consta di 4 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Ilaria Baneschi, matr. 15403, presidente;

Dott.ssa Maddalena Pennisi, matr. 42011, commissario effettivo;

Dott.ssa Letizia Costanza, matr. 14657, commissario effettivo;

Dott.ssa Claudia Mazzanti, matricola n. 14393 con funzione di segretario;