

**Oggetto: RICHIESTI CHIARIMENTI PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DA INDIRE MEDIANTE RfO APERTA SUL MEPA, RIVOLTA AD OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELLA CATEGORIA CPV 38430000-8 “APPARECCHI PER ANALISI E RIVELAZIONI” DELLA FORNITURA DI UNA STAZIONE INTEGRATA PER MISURE ECOSISTEMICHE DI FLUSSI DI CO2 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO ITINERIS - CUP B53C22002150006 – CIG A03BFE8495 – CUI F80054330586202300503**

*Domanda n.1: Buongiorno, si richiede un chiarimento circa il tripode di supporto della strumentazione citato al paragrafo 2.1 della Lettera di Invito. A titolo di miglioramento tecnico, visto l’ambiente di installazione e le sollecitazioni meccaniche che il supporto deve sostenere a venti fino a 160 km/h, come indicato al succitato paragrafo, si richiede se tale supporto possa avere un fissaggio a cinque punti di ancoraggio anziché tre.*

*Risposta n.1: Si conferma che il supporto può avere 5 punti o più punti di ancoraggio, purché ne venga garantita la stabilità.*

IL RUP

Dott. Antonello Provenzale