

GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN "SISTEMA DI PORTACAMPIONI PER MICROSCOPIA ELETTRONICA A TRASMISSIONE PER ANALISI IN SITU" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND_NANO" - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 581.900,00 (IVA esclusa)

CUP G66J17000350007 – CUI F80054330586202200100 – CIG 966509832F

PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE SU DOCUMENTAZIONE DI GARA

IL DIRETTORE

- **VISTO** il Progetto di potenziamento infrastrutturale denominato "*Materials and processes Beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)*", per un totale complessivo di costi pari ad euro 40.000.000 e finanziato nel modo seguente:
 - MUR euro 15.000.000
 - Regione Siciliana euro 19.000.000
 - Cofinanziamento CNR 6.000.000
- **VISTO** il D.D.G. n. 2920/5S del 18.12.2020 della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive di concessione del finanziamento, ed i relativi allegati, con il quale il Progetto avente codice unico di progetto G66J17000350007 dal titolo "*Materials and processes Beyond the Nano-scale (Beyond-Nano)*", è stato ammesso alle agevolazioni a valere sull'Azione 1.5.1 del PO FESR 2014-2020 per un importo complessivo pari ad euro 19.000.000,00 secondo il piano finanziario contenuto nel suddetto Decreto;
- **VISTO** il cronoprogramma sugli interventi di potenziamento previsti dal Progetto;
- **VISTA** la gara a procedura aperta in corso di espletamento sulla piattaforma telematica ASP di Consip (n. 3442647) per l'acquisizione della fornitura di un "**SISTEMA DI PORTACAMPIONI PER MICROSCOPIA ELETTRONICA A TRASMISSIONE PER ANALISI IN SITU**" da installare nei laboratori IMM di Catania, a valere sui fondi disponibili del progetto suddetto, per un importo a base di gara pari ad euro 581.900,00 (oltre IVA) avente CIG 966509832F ed avviata con determina prot.n. 46615 del 17.02.2023;
- **VISTA** la documentazione tecnica di gara e preso atto della presenza di un refuso dovuto ad un mero errore materiale riportato al punto 2.4.2.3. del Capitolato Tecnico;
- **CONSIDERATO** che trattasi di mero errore materiale e che, pertanto, non si ritiene necessario procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte

DISPONE

- Il testo riportato al punto 2.4.2.3. del Capitolato tecnico:
garantire la rotazione per l'angolo alfa, in un microscopio JEOL con pezzo polare UHR, uguale o superiore al seguente range: alfa +15°, -9°

E' da intendersi così modificato:

garantire la rotazione per l'angolo alfa, in un microscopio JEOL con pezzo polare UHR, uguale o superiore al seguente range: alfa +1.5°, -9°;

- **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Codice.
- **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto tra la documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica di cui alle premesse

Il Direttore

Dott. Vittorio Privitera

documento firmato digitalmente