

## CHIARIMENTI N° 1

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI DEPOSIZIONE PER ABLAZIONE LASER PULSATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG A023B3B5C2

**Quesito n° 1:** «In the tender document "Capitolato tecnico", paragraph 2.6 it is stated: "Accanto all'eventuale uso di un pirometro è essenziale la presenza di una termocoppia in ottimo contatto termico col campione." Considering the request for azimuthal sample rotation, complicating direct contact between a thermocouple and sample, would it be sufficient to have an alternative accurate and reproducible temperature reading of the heater?»

**Risposta:** Sì, nel rispetto del principio di equivalenza è possibile proporre soluzioni alternative per garantire una stima accurata della temperatura del campione.

Il RUP  
(Marco Campani)