


Sistema di Sputtering per Ossidi



Il manipolatore fornito dovrà essere in grado di trasportare un portacampione flag-style fino ad una distanza di circa 70cm dal centro della postazione 4. Tra la postazione 4 e la flangia di ingresso del sistema sputtering ossidi (DN40CF) saranno posti (a) una gate valve; (b) un tubo di collegamento; (c) (opzionale ed oggetto di punteggio premiale) un soffietto con funzione di antivibrazione. La lunghezza complessiva di tubo e soffietto (opzionale) sarà di 40cm. Gli elementi necessari a questo specifico collegamento sono colorati in figura. Le parti in bianco sono preesistenti o acquistate separatamente.

Un esempio di possibile soluzione tecnica ipotizzata dalla stazione appaltante per il trasferimento campioni è un transfer shaft della serie RM40 della Ferrovac con gripper Grabshom <https://ferrovac.com/?tool=ProductDescription&product=RM40>